



REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU

KLASA: 406-09/18-01/22
URBROJ: 2158/1-01-21-18-48

Osijek, 3. rujna 2018. godine

Temeljem članka 198., stavka 4. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 120/16) i članka 9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 101/17), javni naručitelj, Osječko-baranjska županija, na nacrt Dokumentacije o nabavi za nabavu medicinsko-tehničke i dijagnostičko terapijske opreme koja sadrži opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora, objavljuje

**IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM
GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA**

Člankom 8. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi propisano je da naručitelj provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom. Analiza tržišta obuhvaća prikupljanje informacija o predmetu nabave, gospodarskim subjektima koji sudjeluju na tržištu te drugim okolnostima koje utječu na uvjete nabave. U predmetnom slučaju opise predmeta nabave izradile su i dostavile naručitelju zdravstvene ustanove za koje se oprema nabavlja i koje znaju točno kakvu opremu trebaju, a tržište i gospodarski subjekti koji se bave isporukom predmetne opreme naručitelju su poznati. Slijedom navedenog, naručitelj nije proveo analizu tržišta, ali je dva puta proveo prethodno savjetovanje pri čemu je odredio rok duži od minimalnog roka od pet dana od dana javne objave koji je propisan navedenim pravilnikom, kako bi gospodarski subjekti imali dovoljno vremena proučiti dokumentaciju o nabavi, tehničke opise predmeta nabave i troškovnike i dati svoje primjedbe i prijedloge.

1. NAZIV I OIB NARUČITELJA

Naziv: Osječko-baranjska županija
Sjedište: Osijek, Trg Ante Starčevića 2
OIB:10383308860

2. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE

NVV 2-18.

3. PREDMET NABAVE

Nabava medicinsko-tehničke i dijagnostičko terapijske opreme.

4. DATUM POČETKA PRETHODNOG SAVJETOVANJA

Dana 20. lipnja 2018. godine Osječko-baranjska županija je na internetskim stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske objavila obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima i Nacrt dokumentacije o nabavi koja sadrži opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora.

5. DATUM ZAVRŠETKA PRETHODNOG SAVJETOVANJA

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajalo je do 29. lipnja 2018. godine.

6. NAVOD JE LI TIJEKOM SAVJETOVANJA NARUČITELJ ODRŽAO SASTANAK

Tijekom savjetovanja nije bilo sastanaka s zainteresiranim gospodarskim subjektima.

7. TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA, BEZ NAVOĐENJA PODATAKA O GOSPODARSKOM SUBJEKTU I ODGOVORI NA PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGE

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 1.

GRUPA V. KARDIOLOŠKO/PULMOLOŠKA OPREMA

7. Defibrilator AVD:

Točka 7.16: „Uređaj posjeduje sustav za mjerenje dubine i frekvencije masaže srca uz glasovne upute o potrebi jače kompresije i metronom koji daje zvučni ritam ovisno o izmjerenoj frekvenciji masaže koju vrši korisnik”.

Prijedlog: Brisanje stavke

Pojašnjenje: U smislu jednakog tretmana svih zainteresiranih gospodarskih subjekata za ovo nadmetanje molimo brisanje stavke jer ista ukazuje na jednog proizvođača i njegov model.

ODGOVOR 1.

Navod da predmetna karakteristika ukazuje na jednog proizvođača i njegov model je netočan. U svijetu postoji više proizvođača defibrilatora, koji imaju model defibrilatora koji može zadovoljiti traženu točku i imaju distributera u RH, a naručitelj je istraživanjem tržišta došao do tehničke dokumentacije koja potvrđuje navedeno.

Kvaliteta masaže srca je jedan od ključnih čimbenika koji u postupku oživljavanja direktno utječu na ishod, tj. na konačni neurološki status pacijenta. Naime oksigenacija mozga za vrijeme reanimacije se osigurava upravo masažom srca, što znači, ako masaža nije učinkovita, mozak će ostati bez kisika, a pacijent će ostati u komi ili s neurološkim oštećenjima, čak i ako se defibrilacijom vrati srčani ritam.

Iz navedenih razloga funkcija uređaja opisana pod točkom 7.16. je izuzetno bitna.

Slijedom svega navedenog, tražena izmjena se ne prihvaća.

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 2.

GRUPA V. KARDIOLOŠKO/PULMOLOŠKA OPREMA

8. Defibrilator AVD s ormarićem:

Točka 7.16: „Uređaj posjeduje sustav za mjerenje dubine i frekvencije masaže srca uz glasovne upute o potrebi jače kompresije i metronom koji daje zvučni ritam ovisno o izmjerenoj frekvenciji masaže koju vrši korisnik”.

Prijedlog: Brisanje stavke

Pojašnjenje: U smislu jednakog tretmana svih zainteresiranih gospodarskih subjekata za ovo nadmetanje molimo brisanje stavke jer ista ukazuje na jednog proizvođača i njegov model.

ODGOVOR 2.

Odgovor je isti kao pod „ODGOVOR 1.“

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 3.

Grupa VI. Oprema za fizikalnu medicinu
Stavka r.br. 3. MAGNETOTERAPIJA .

Točka 3.9. „Oprema uključena uz uređaj: torba za uređaj i pribor aplikatori promjera min. 9 cm (4 kom.), trake za fiksaciju aplikatora, magnet za provjeru ispravnosti magnetskog polja"
- između ostaloga, traži se 4 komada aplikatora promjera min. 9 cm" - budući da se magnetoterapija radi na principu suprotnih polova, pretpostavljamo da je potrebno tražiti 2 komada aplikatora promjera minimalno 9 cm.

ODGOVOR 3.

U navedenoj stavci pod točkom 3.3. definirano je min. 2 kanala, a pod točkom 3.4. definiran je rad na 2 ili 4 aplikatora. Iz navedenog razloga tražena su 4 aplikatora.

Slijedom navedenog, točka 3.9. se ne mijenja.

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 4.

Grupa VI. Oprema za fizikalnu medicinu
Stavka r.br. 4. LASER (terapijski) .

Točka 4.5. „Laserska sonda za pulsirajuću terapiju, valne duljine unutar infracrvenog spektra, maksimalne vršne snage min.20 W, prosječne min. 20 mW",

Budući da je važno da laserska terapija tijekom cijele terapije ima određenu snagu, a ne samo u vrlo kratkom vremenu (vršna snaga od min. 20W), smatramo boljom i za pacijenta korisnijom, trajnu snagu tijekom terapije od min 8W., predlažemo izmjenu točke 4.5. u slijedeće: "laserska sonda za pulsirajuću terapiju valne duljine ne manje od 1064 nm, snage ne manje od 8W"

ODGOVOR 4.

Predložena izmjena spektra nema tehničke osnove zašto bi se isključile sve valne duljine manje od 1064 nm. Definicijom infracrvenog spektra podnositelj zahtjeva zadovoljava traženu tehničku karakteristiku, a traženom promjenom bi se eliminirali uređaji nekih drugih proizvođača.

Kako se radi o pulsirajućem zračenju, zračenje, pauza, nije jasna definicija 8W, ako se radi o prosječnoj snazi, onda uređaj u potpunosti zadovoljava traženu tehničku karakteristiku, jer je sigurno vršna snaga veća od 20 W. Kod pulsirajuće terapije definicija vršne snage i prosječno isporučene snage najpreciznije definira karakteristiku zračenja.

Slijedom navedenog, točka 4.5. se ne mijenja.

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 5.

Grupa VI. Oprema za fizikalnu medicinu
Stavka r.br. 4. LASER (terapijski) .

Točka 4.6. „laserska sonda za primjenu na većoj površini, min 20 cm², valne duljine unutar infracrvenog spektra, prosječne snage min. 100 mW",
molimo izmjenu

točke 4.6. u istu formulaciju kao prethodna točka u slijedeće: „Laserska sonda za primjenu na većoj površini, min 20 cm², valne duljine ne manje od 1064nm, snage ne manje od 8w".

ODGOVOR 5.

Predložena izmjena spektra nema tehničke osnove zašto bi se isključile sve valne duljine manje od 1064 nm. Definicijom infracrvenog spektra podnositelj zahtjeva zadovoljava traženu tehničku karakteristiku, a tražena promjena ima svrhu eliminiranja uređaja nekih drugih proizvođača.

Za drugi dio zahtjeva nema potrebe za promjenom snage ne manje od 8 W jer uređaj u potpunosti zadovoljava tražene tehničke karakteristike.

Slijedom navedenog, točka 4.6. se ne mijenja.

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 6.

Grupa VI. Oprema za fizikalnu medicinu

Stavka r.br. 5. MULTIFUNKCIONALNI APARAT ZA FIZIKALNU TERAPIJU
(elektroterapija. tens. UZV i laser) .

Točka 5.2. „Promjer ekrana min. 15 cm, ekran osjetljiv na dodir“, - molimo izmjenu u: "LCD ekran sa prikazom svih karakteristika terapije u tijeku, veličina ekrana min. 5,5 inča ili dijagonala ekrana ne manja od 12 cm." Promjer ekrana upućuje na njegov okrugli oblik. Budući da se kod ostalih aparata ne traži ekran osjetljiv na dodir smatramo da niti ovaj uređaj ne mora biti takav.

ODGOVOR 6.

Zahtjev za promjenom točke 5.2. s prihvaća.

Točka 5.2. je: Dijagonala ekrana min. 12 cm

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 7.

Grupa VI. Oprema za fizikalnu medicinu

Stavka r.br. 5. MULTIFUNKCIONALNI APARAT ZA FIZIKALNU TERAPIJU
(elektroterapija. tens. UZV i laser) .

U traženim karakteristikama uređaja navedeno je da jedan izlaz uređaja treba biti namijenjen terapiji laserom. Smatramo da je terapija laserom pokrivena odvojenim uređajem iz točke 4., pa nema potrebe da ta terapija bude tražena i u točki 5. Osim toga, za vršenje terapije laserom potrebno je osigurati posebnu prostoriju kako bi se izbjegle moguće štete proizašle iz refleksije laserske zrake. Za vrijeme terapije laserom u istoj prostoriji ne može se vršiti neka druga terapija. Time multifunkcionalni uređaj gubi na primjeni. Zbog sigurnosti, kako rukovatelja uređajem, tako i samog pacijenta, smatramo da bi traženi uređaj trebao imati mogućnost terapije strujama (što je navedeno u točki 5.4. - 5.5), terapiju UZV (točke 5.7.- 5.7.3) i kombinaciju istih.

ODGOVOR 7.

Kako se radi o nazivu uređaju kojeg su prihvatili korisnici ne može se izvršiti promjena naziva, uređaj koji se predlaže u zahtjevu nije isti tip uređaja. Osim toga korisnici koji su tražili uređaj pod stavkom 4 i 5 nisu isti tako da ne stoji konstatacija kako nema potrebe da se za isto traži u točki 5. Način primjene uređaja je izbor korisnika u kojem mora imati u vidu obvezu zaštite.

Slijedom navedenog, zahtjev se ne prihvaća

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 8.

Grupa IV UZV oprema 2

U tehničkoj specifikaciji pod 1. ULTRAZVUČNI UREĐAJ 2 S KONVEKSNOM I
LINEARNOM SONDOM, točka 1.1.5. traženo je:

„Gornja granica frekvencijskog raspona uređaja minimalno 15 MHz“

Molimo izmjenu u:

„Gornja granica frekvencijskog raspona uređaja minimalno 13 MHz“.

ODGOVOR 8.

Iako podnositelj zahtjev navodi kako je 13 MHz standard za traženu klasu uređaja i kako se u tehničkoj specifikaciji ne traži sonda koja bi imala višu frekvenciju veću od 13 MHz, Naručitelj ne prihvaća navedene argumente. Tehnološki današnji UZV uređaji proizvode se i do 20 MHz, nekakav standard koji se traži za druge uređaje u ovom nadmetanju je 18 MHz iako nisu tražene sonde koje bi imale višu ili jednaku frekvenciju od 18 MHz. Isto tako budućim korisnicima uređaja, ovisno o afinitetima, omogućuje se u budućnosti nabavka sonde kojoj bi viša frekvencija mogla ići do 15 MHz.

Slijedom navedenog, tražena izmjena se ne prihvaća.

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 9.

Grupa IV UZV oprema 2

U tehničkoj specifikaciji pod 1. ULTRAZVUČNI UREĐAJ 2 S KONVEKSNOM I LINEARNOM SONDOM, točka 1.2.2.7. traženo je:

„Mjerenje brzine u PW min u rasponu od 0,4 do 4000 cm/s”

Molimo izmjenu u:

„Mjerenje brzine u PW Doppler načinu rada min. u rasponu od 0,4 do 1.600 cm/s”.

ODGOVOR 9.

Tražena izmjena se djelomično prihvaća. U tekstu je došlo do greške upisivanjem jedne „0“ više.

Točka 1.2.2.7. je: „Mjerenje brzine u PW min u rasponu od 0,4 do 400 cm/s”

Time podnositelj zahtjeva može zadovoljiti traženu tehničku karakteristiku.

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 10.

Grupa IV UZV oprema 2

U tehničkoj specifikaciji pod 1. ULTRAZVUČNI UREĐAJ 2 S KONVEKSNOM I LINEARNOM SONDOM, točka 1.4.2.1. traženo je:

„Kut skeniranja: min. 60°“

Molimo izmjenu u:

„Kut skeniranja: min. 55°“

ODGOVOR 10.

Zahtjev za promjenom točke 1.4.1.3. se prihvaća.

Točka 1.4.1.3. glasi: Kut skeniranja: min. 55°

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 11.

Grupa IV UZV oprema 2

U tehničkoj specifikaciji pod 1. ULTRAZVUČNI UREĐAJ 2 S KONVEKSNOM I LINEARNOM SONDOM, točka 1.4.1.3. traženo je:

„Raspon frekvencija emitiranja, min.: 5-12 MHz . Širina sonde min. 50 mm”

Molimo izmjenu u:

„Raspon frekvencija emitiranja, min.: 5-12 MHz . Širina sonde min. 38 mm”.

ODGOVOR 11.

Zahtjev za promjenom točke 1.4.2.1. se prihvaća.

Točka 1.4.2.1. glasi: Raspon frekvencija emitiranja, min.: 5-12 MHz . Širina sonde min. 38 mm

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 12.

Grupa IV UZV oprema 2

U tehničkoj specifikaciji pod 2. UZV ZA GINEKOLOGIJU S 3D/4D S VAGINALNOM I KONVEKSNOM SONDOM 3D/4D, točka 2.2.3.2. traženo je:

„PRF za PW min u rasponu 300 Hz do 20 kHz"

Molimo izmjenu u:

„PRF za PW min u rasponu 300 Hz do 20 kHz ili PRF za PW min u rasponu 900 Hz do 22 kHz"

ODGOVOR 12.

Točka 2.2.3.2. se mijenja na način da ne isključuje podnositelja zahtjeva i glasi

„PRF za PW min u rasponu 900 Hz do 20 kHz"

Navedena promjena ne utječe na kvalitetu UZV uređaja.

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 13.

Grupa IV UZV oprema 2

U tehničkoj specifikaciji pod 2. UZV ZA GINEKOLOGIJU S 3D/4D S VAGINALNOM I KONVEKSNOM SONDOM 3D/4D, točka 2.2.3.3. traženo je:

„Mjerenje brzine u PW min u rasponu od 0,4 do 4000 cm/s"

Molimo izmjenu u:

„Mjerenje brzine u PW Doppler načinu rada min. u rasponu od 0,4 do 1.600 cm/s"

ODGOVOR 13.

Tražena izmjena se djelomično prihvaća.

U tekstu je došlo do greške upisivanjem jedne „0“ više.

Točka 1.2.3.7. glasi: „Mjerenje brzine u PW min u rasponu od 0,4 do 400 cm/s"

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 14.

Grupa IV UZV oprema 2

U tehničkoj specifikaciji pod 2. UZV ZA GINEKOLOGIJU S 3D/4D S VAGINALNOM I KONVEKSNOM SONDOM 3D/4D, točka 2.2.3.8. traženo je:

„Veličina volumena uzorka dopplera min. u rasponu 0.5- 20 mm"

Molimo izmjenu u:

„Veličina volumena uzorka dopplera min. u rasponu 1 - 15 mm"

ODGOVOR 14.

Tražena izmjena se prihvaća, ne utječe bitno na kvalitetu UZV uređaja.

Točka 2.2.3.8. glasi: „Veličina volumena uzorka dopplera min. u rasponu 1 - 15 mm"

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 15.

Grupa IV UZV oprema 2

U tehničkoj specifikaciji pod 2.4.1. Širokopojasna multifrekventna konveksna 3 D volumna elektronska sonda, točka 2.4.1.4. traženo je:

„Radijus zakrivljenosti : max. 40 mm"

Molimo izmjenu u:

„Radijus zakrivljenosti : max. 48 mm"

ODGOVOR 15.

Tražena izmjena se prihvaća, ne utječe bitno na kvalitetu UZV uređaja.

Točka 2.4.1.4. glasi: „Radijus zakrivljenosti : max. 48 mm"

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 16.

Grupa IV UZV oprema 2

U tehničkoj specifikaciji pod 4. PEDIJATRIJSKI PRENOSIVI UZV UREĐAJ S MIKROKONVEKSNOM I LINEARNOM SONDOM, točka 4.2.3.3. traženo je:

„Mjerenje brzine u PW min u rasponu od 0,4 do 4000 cm/s"

Molimo izmjenu u:

„Mjerenje brzine u PW Doppler načinu rada min. u rasponu od 0,4 do 1.600 cm/s"

ODGOVOR 16.

Tražena izmjena se djelomično prihvaća.

U tekstu je došlo do greške upisivanjem jedne „0“ više.

Točka 4.2.3.3. glasi: „Mjerenje brzine u PW min u rasponu od 0,4 do 400 cm/s"

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 17.

Grupa IV UZV oprema 2

U tehničkoj specifikaciji pod 4. PEDIJATRIJSKI PRENOSIVI UZV UREĐAJ S MIKROKONVEKSNOM I LINEARNOM SONDOM, točka 4.4.1.2. traženo je:

„Radijus zakrivljenosti: unutar raspon od 18 do 25 mm"

Molimo izmjenu u:

„Radijus zakrivljenosti: raspon od 10 do 25 mm"

ODGOVOR 17.

Zahtjev je nejasan.

Navedena točka definira „Raspon frekvencija emitiranja, min.: 5 - 10 MHz"

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 18.

Grupa IV UZV oprema 2

U tehničkoj specifikaciji pod 4. PEDIJATRIJSKI PRENOSIVI UZV UREĐAJ S MIKROKONVEKSNOM I LINEARNOM SONDOM, točka 4.4.2.1. traženo je:

„Raspon frekvencija emitiranja, min.: 5-12 MHz , širina sonde min. 50 mm"

Molimo izmjenu u:

„Raspon frekvencija emitiranja, min.: 5-12 MHz , širina sonde min. 38 mm"

ODGOVOR 18.

Tražena izmjena se prihvća, a nova točka glasi „Raspon frekvencija emitiranja, min.: 5-12 MHz, širina sonde min. 38 mm, broj elemenata u sondi min. 128“

Zahtjev se prihvća iz razloga što se radi o pedijatrijskom UZV uređaju koji podrazumijeva i neonatalni uzrast, u kojem slučaju je bolja manja sonda.

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 19.

U Tehničkoj specifikaciji za grupu I. Digitalni RTG uređaj pod točkom 1.3.5. zahtijeva se sljedeće:

1.3.5. „Maksimalno opterećenje stola min. 300kg“

TRAŽENA IZMJENA:

1.3.5. „Maksimalno opterećenje stola min. 295kg“

ODGOVOR 19.

Tražena izmjena ne utječe bitno na karakteristiku stola te se prihvća.

Točka 1.3.5. glasi „Maksimalno opterećenje stola min. 295kg“

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 20.

U Tehničkoj specifikaciji za grupu I. Digitalni RTG uređaj pod točkom 1.3.6. zahtijeva se sljedeće:

1.3.6. „Područje pokrivanja detektora (od ruba do ruba) min. 95 cm“

TRAŽENA IZMJENA:

1.3.6. „Područje pokrivanja detektora (od ruba do ruba) min. 83 cm“

ODGOVOR 20.

Tražena izmjena utječe na rad uređaja te se ne prihvća.

Traženo smanjenje pokrivanja detektora je za više od 10 %. Zajedno sa uzdužnim pomicanjem stola od min. ± 45 cm bi značilo pokrivenost pacijenta za snimanje visine 173 cm., bez pomicanja pacijenata na ploči stola. Uz pokrivanje detektora od 95 cm bi značilo pokrivenost pacijenta za snimanje visine min. 185 cm što je primjerenije visini pacijenata na području na kojem se uređaj koristi, a što u određenim situacijama olakšava rad operatera na uređaju.

Uvažavajući zahtjev podnositelja i objašnjenje vezano uz ovu točku dokumentacija za Grupi I mijenja se na način:

Mijenja se točka 1.3.6. i glasi: „Uzdužni pomak ploče stola min. ± 45 cm, područje pokrivanja detektora (od ruba do ruba) min. 95 cm ili pokrivenost pacijenta za slikanje na stolu min. 185 cm (pomak ploče + pokrivanje detektora)“.

Točka 1.3.6. se briše.

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 21.

U Tehničkoj specifikaciji za grupu I. Digitalni RTG uređaj pod točkom 1.3.7. zahtijeva se sljedeće:

1.3.7. „Mogućnost umetanja detektora sa ručkom u stol“

TRAŽENA IZMJENA:

1.4.7. „Mogućnost umetanja detektora sa ručkom u stol ili integrirani držač u detektoru“

ODGOVOR 21.

Tražena izmjena utječe na rad uređaja te se ne prihvaća.

Kako se radi o opisu detektora obrazloženje je dano u odgovoru 22.

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 22.

U Tehničkoj specifikaciji za grupu I. Digitalni RTG uređaj pod točkom 1.4.7. zahtijeva se sljedeće:

1.4.7 . „Mogućnost umetanja detektora sa ručkom u stol"

TRAŽENA IZMJENA:

1.4.7. „Mogućnost umetanja detektora sa ručkom u stol iiii integrirani držač u detektoru"

ODGOVOR 22.

Tražena izmjena utječe na rad uređaja te se ne prihvaća.

Kako se radi o opisu detektora obrazloženje je dano u odgovoru 22.

Opis je vezan za vertikalni stativ sa nosačem detektora u točki 1.4.7. došlo je do greške te se ista mijenja tako da glasi:

1.4.7 . „Mogućnost umetanja detektora sa ručkom u nosač detektora u vertikalnom stativu"

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 23.

U Tehničkoj specifikaciji za grupu I. Digitalni RTG uređaj pod točkom 1.5.1. zahtijeva se sljedeće:

1.5.1 . „Mobilni bežični detektor sa kućištem izvedenim sa 1 ili više ručki za prenošenje"

TRAŽENA IZMJENA:

1.5.1. „Mobilni bežični detektor sa kućištem izvedenim sa 1 ili više ručki za prenošenje ili integriranim držačima u detektoru"

ODGOVOR 23.

Za točku 1.5.1. Podnositelj zahtijeva traži dodatak držačima u detektoru što je općenit i višeznačan pojam. Na neki način i ručka ili ručke su držači detektora te u tom slučaju ako se stave držači pojam ručki se može izbrisati.

Iz prakse iskustveno je pokazano kako su ručke najsigurniji način manipulacije detektorom. Često postoji potreba izvlačenja detektora iz nosača stola ili nosača u vertikalnom stativu te stavljanje ispod pacijenta, ukoliko pacijent u takvom stanju da se ne može prebaciti na stol, ili prebacivanje detektora iz stola u vertikalni stativ ukoliko se ostane samo na jednom detektoru. I u takvim situacijama dolazilo bi do ispadanja detektora te njegovog kvara. Takvi kvarovi se ne priznaju u jamstvenom roku. Sva druga rješenja za detektore su bitno lošija od traženog.

Sljedom navedenog, tražena izmjena utječe na rad uređaja te se ne prihvaća.

Iz navedenog razloga ne prihvaća se promjena u primjedbama/prijedlozima 20. i 21.

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 24.

U Tehničkoj specifikaciji za grupu I. Digitalni RTG uređaj pod točkom 1.6.4. zahtijeva se sljedeće:

1.6.4. „Min. 10 GB radne memorije"

TRAŽENA IZMJENA:

1.6.4. „Min. 4 GB radne memorije"

ODGOVOR 24.

Tražena izmjena se prihvaća.

Točka 1.6.4. glasi „Min. 4 GB radne memorije”

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 25.

U Tehničkoj specifikaciji za grupu III. Ultrazvučni uređaj I s 1 konveksnom sondom pod točkom

1.2.1.1. zahtijeva se sljedeće:

1.2.1.1. „Dubina skeniranja min 40 cm”

TRAŽENA IZMJENA:

1.2.1.1. „Dubina skeniranja min 38 cm”

ODGOVOR 25.

Tražena izmjena ne utječe bitno na karakteristiku UZV uređaja te se prihvaća.

Točka 1.6.4. glasi „Dubina skeniranja min 38 cm”

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 26.

U Tehničkoj specifikaciji za grupu III. Ultrazvučni uređaj I s 1 konveksnom sondom pod točkom

1.2.1.3 zahtijeva se sljedeće:

1.2.1.3. „Povećanje na slici min 6X u realnom vremenu”

TRAŽENA IZMJENA:

1.2.1.3. „Povećanje na slici min 4X u realnom vremenu”

ODGOVOR 26.

Povećanje slike u realnom vremenu omogućuje korisniku povećanje određenih dijelova slike koje radi bolje dijagnostike treba povećati. Postoje uređaji sa povećanjem x4, x6, x8 do x16. Zahtjev iz točke 1.2.1.3. nije previše zahtjevan da bi se diskriminirali svjetski proizvođači UZV uređaja. Radi se isključivo o nivou kvalitete UZV uređaja pojedinog proizvođača, odnosno takvim zahtjevima se nastoji postići mogućnost nuđenja uređaja lošijih tehničkih karakteristika.

Slijedom navedenog, tražena utječe na karakteristiku UZV uređaja te se ne prihvaća.

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 27.

U Tehničkoj specifikaciji za grupu III. Ultrazvučni uređaj I s 1 konveksnom sondom pod točkom

1.2.3.3 zahtijeva se sljedeće:

1.2.3.3. „Mjerenje brzine u PW min u rasponu od 0,4 do 4000 cm/s”

TRAŽENA IZMJENA:

1.2.3.3. „Mjerenje brzine u PW min u rasponu od 0, 1 do 880 cm/s”

ODGOVOR 27.

Tražena izmjena ne utječe bitno na karakteristiku UZV uređaja te se prihvaća, ali uzimajući u obzir zahtjeve drugih gospodarskih subjekata određuje se raspon od 0,4 do 400 cm/s.

Točka 1.2.3.3. glasi „Mjerenje brzine u PW min u rasponu od 0,4 do 400 cm/s”

Navedenom promjenom podnositelj zahtjeva može zadovoljiti tehničku karakteristiku u navedenoj točki. Postavljeni parametri u točki 1.2.3.3. zadovoljavaju najveću širinu za potrebna mjerenja.

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 28.

U Tehničkoj specifikaciji za grupu III. Ultrazvučni uređaj I s 1 konveksnom sondom pod točkom 1.2.3.5. zahtijeva se sljedeće:

1.2.3.5. „Mjerenje brzine u CW min u rasponu od 5 do 6000 cm/s”

TRAŽENA IZMJENA:

1.2.3.5. „Mjerenje brzine u CW min u rasponu od 1 do 1930 cm/s”

ODGOVOR 28.

Tražena izmjena ne utječe bitno na karakteristiku UZV uređaja te se prihvaća, ali uzimajući u obzir zahtjeve drugih gospodarskih subjekata određuje se raspon od 5 do 1000 cm/s.

Točka 1.2.3.5. glasi „Mjerenje brzine u CW min u rasponu od 5 do 1000 cm/s”

Navedenom promjenom podnositelj zahtjeva može zadovoljiti tehničku karakteristiku u navedenoj točki. Postavljeni parametri u točki 1.2.3.5. zadovoljavaju najveću širinu za potrebna mjerenja.

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 29.

U Tehničkoj specifikaciji za grupu III. Pedijatrijski ultrazvučni uređaj sa mikrokonveksnom sondom pod točkom 4.2.4.1 . zahtijeva se sljedeće:

4.2.4.1. „Brzina prikaza, min.: 40 - 200 mm/s”

TRAŽENA IZMJENA:

4.2.4.1. „Brzina prikaza, min.: 15 -117 mm/s”

ODGOVOR 29.

Tražena izmjena za smanjivanje donje granice brzine prikaza sa 40 mm/s na 15 mm/s je nepotrebna jer ne utječe na kvalitetu prikaza slike u M modu. Gornja granica brzine prikaza utječe na kvalitetu uređaja jer smanjivanjem gornje granice smanjuje se i brzina uzorkovanja signala u M modu čime se dovodi do mogućnosti da amplituda pomaka za neke vremenski kratke promjene neće se vidjeti na slici. Kako postoje uređaji i sa višom brzinom prikaza do 300 mm/s tražena tehnička karakteristika u navedenoj točki nije prezahtjevna da bi diskriminirali svjetski proizvođači UZV uređaja.

Slijedom navedenog, tražena izmjena utječe na karakteristiku UZV uređaja te se ne prihvaća.

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 30.

U Tehničkoj specifikaciji za grupu III. UZV aparat za gustoću kostiju točkom 6. zahtijeva se sljedeće:

6. UZV APARAT ZA GUSTOĆU KOSTIJU

TRAŽENA IZMJENA:

6. TRAŽIMO BRISANJE CIJELE TOČKE 6. UZV APARAT ZA GUSTOĆU KOSTIJU

ODGOVOR 30.

Budući da se radi o dijagnostičkom uređaju koji vrši mjerenje ultrazvukom, a Naručitelj ima potrebe za takvim uređajem, jedino logično rješenje bilo je postavljanje uređaja u grupu III ili grupu IV gdje su i ostali ultrazvučni dijagnostički uređaji. Postavljanje u bilo koju drugu grupu bi značilo još više odstupanja od namjene uređaja i njihovih karakteristika. Isto tako nema osnove za novu grupu gdje bi bio samo jedan uređaj.

Slijedom navedenog, traženi zahtjev se ne prihvaća.

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 31.

U Tehničkoj specifikaciji za grupu IV. Ultrazvučni uređaj 2 s konveksnom i linearnom sondom pod točkom 1.2.1.3. zahtijeva se sljedeće:

1.2.1.3. "Povećanje na slici min 6X u realnom vremenu"

TRAŽENA IZMJENA:

1.2.1.3. „Povećanje na slici min 4X u realnom vremenu"

ODGOVOR 31.

Povećanje slike u realnom vremenu omogućuje korisniku povećanje određenih dijelova slike koje radi bolje dijagnostike treba povećati. Postoje uređaji sa povećanjem x4, x6, x8 do x16. Zahtjev iz točke 1.2.1.3. nije previše zahtjevan da bi se diskriminirali svjetski proizvođači UZV uređaja. Radi se isključivo o nivou kvalitete UZV uređaja pojedinog proizvođača, odnosno takvim zahtjevima se nastoji postići mogućnost nuđenja uređaja lošijih tehničkih karakteristika.

Slijedom navedenog, tražena izmjena utječe na karakteristiku UZV uređaja te se ne prihvaća.

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 32.

U Tehničkoj specifikaciji za grupu IV. Ultrazvučni uređaj 2 s konveksnom i linearnom sondom pod točkom 1.2.2.7. zahtijeva se sljedeće:

1.2.2.7. „Mjerenje brzine u PW min u rasponu od 0,4 do 4000 cm/s"

TRAŽENA IZMJENA:

1.2.2.7. „Mjerenje brzine u PW min u rasponu od 0,1 do 880 cm/s"

ODGOVOR 32.

U tekstu je došlo do greške upisivanjem jedne „0“ više.

Slijedom navedenog, tražena izmjena se djelomično prihvaća.

Točka 1.2.2.7. glasi: „Mjerenje brzine u PW min u rasponu od 0,4 do 400 cm/s"

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 33.

U Tehničkoj specifikaciji za grupu IV. UZV za ginekologiju s 3D/4D s vaginalnom i konveksnom sondom 3D/4D pod točkom 2.2.1.4. zahtijeva se sljedeće:

2.2.1.4. „Povećanje na slici min 6X u realnom vremenu"

TRAŽENA IZMJENA:

2.2.1.4. „Povećanje na slici min 4X u realnom vremenu"

ODGOVOR 33.

Povećanje slike u realnom vremenu omogućuje korisniku povećanje određenih dijelova slike koje radi bolje dijagnostike treba povećati. Postoje uređaji sa povećanjem x4, x6, x8 do x16. Zahtjev iz točke 2.2.1.4. nije previše zahtjevan da bi se diskriminirali svjetski proizvođači UZV uređaja. Radi se isključivo o nivou kvalitete UZV uređaja pojedinog proizvođača, odnosno takvim zahtjevima se nastoji postići mogućnost nuđenja uređaja lošijih tehničkih karakteristika.

Slijedom navedenog, tražena izmjena utječe na karakteristiku UZV uređaja te se ne prihvaća.

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 34.

U Tehničkoj specifikaciji za grupu IV. UZV za ginekologiju s 3D/4D s vaginalnom i konveksnom sondom 3D/4D pod točkom 2.2.3.3. zahtijeva se sljedeće:

2.2.3.3. „Mjerenje brzine u PW min u rasponu od 0,4 do 4000 cm/s"

TRAŽENA IZMJENA:

2.2.3.3. „Mjerenje brzine u PW min u rasponu od 0,1 do 880 cm/s"

ODGOVOR 34.

U tekstu je došlo do greške upisivanjem jedne „0“ više.

Slijedom navedenog, tražena izmjena se djelomično prihvaća.

Točka 2.2.3.3. je: „Mjerenje brzine u PW min u rasponu od 0,4 do 400 cm/s"

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 35.

U Tehničkoj specifikaciji za grupu IV. UZV za ginekologiju s 3D/4D s vaginalnom i konveksnom sondom 3D/4D pod točkom 2.4.2.2. zahtijeva se sljedeće

2.4.2.2. „Raspon frekvencija emitiranja, min.: 4 - 8 MHz"

TRAŽENA IZMJENA:

2.4.2.2. „Raspon frekvencija emitiranja, min.: 5 - 9 MHz"

ODGOVOR 35.

Tražena izmjena se djelomično prihvaća na način da podnositelj zahtjeva može zadovoljiti traženu tehničku karakteristiku u navedenoj točki.

Slijedom navedenog, točka 2.4.2.2. se mijenja i glasi:

„Raspon frekvencije između više i niže frekvencije min. 4 MHz, viša frekvencija min. 8 MHz, niža frekvencija maksimalno 5 MHz, broj elemenata u sondi min. 192“.

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 36.

U Tehničkoj specifikaciji za grupu IV. UZV za ginekologiju s 3D/4D s vaginalnom i konveksnom sondom 3D/4D pod točkom 2.4.2.4. zahtijeva se sljedeće

2.4.2.4. „Radijus zakrivljenosti: max 10 mm"

TRAŽENA IZMJENA:

2.4.2.4. „Radijus zakrivljenosti: max 10.1 mm"

ODGOVOR 36.

Tražena izmjena ne utječe bitno na kvalitetu uređaja te se prihvaća. No kako postoji još jedan zahtjev za promjenom ove točke, točka se mijenja i glasi:

2.4.2.4. „Radijus zakrivljenosti: max 12 mm"

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 37.

U Tehničkoj specifikaciji za grupu IV. Pedijatrijski prenosivi UZV uređaj s mikro konveksnom i linearnom sondom pod točkom 4.2.1.4. zahtijeva se sljedeće:

4.2.1.4. „Povećanje na slici min 6X u realnom vremenu"

TRAŽENA IZMJENA:

4.2.1.4. „Povećanje na slici min 4X u realnom vremenu"

ODGOVOR 37.

Povećanje slike u realnom vremenu omogućuje korisniku povećanje određenih dijelova slike koje radi bolje dijagnostike treba povećati. Postoje uređaji sa povećanjem x4, x6, x8 do x16. Zahtjev iz točke 4.2.1.4. nije previše zahtjevan da bi se diskriminirali svjetski proizvođači UZV uređaja. Radi se isključivo o nivou kvalitete UZV uređaja pojedinog proizvođača, odnosno takvim zahtjevima se nastoji postići mogućnost nuđenja uređaja lošijih tehničkih karakteristika.

Slijedom navedenog, tražena izmjena utječe na karakteristiku UZV uređaja te se ne prihvaća.

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 38.

U Tehničkoj specifikaciji za grupu IV. Pedijatrijski prenosivi UZV uređaj s mikro konveksnom i linearnom sondom pod točkom 4.2.3.3. zahtjeva se sljedeće:

4.2.3.3. „Mjerenje brzine u PW min u rasponu od 0,4 do 4000 cm/s"

TRAŽENA IZMJENA:

4.2.3.3. „Mjerenje brzine u PW min u rasponu od 0,1 do 880 cm/s"

ODGOVOR 38.

Tražena izmjena se djelomično prihvaća. U tekstu je došlo do greške upisivanjem jedne „0“ više. Točka 4.2.3.3. glasi: „Mjerenje brzine u PW min u rasponu od 0,4 do 400 cm/s"

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 39.

U Tehničkoj specifikaciji za grupu IV. Pedijatrijski prenosivi UZV uređaj s mikro konveksnom i linearnom sondom pod točkom 4.4.1.2. zahtjeva se sljedeće:

4.4.1.2. „Raspon frekvencija emitiranja, min.: 5-10 MHz"

TRAŽENA IZMJENA:

4.4.1.2. „Raspon frekvencija emitiranja, min.: 4 - 9 MHz"

ODGOVOR 39.

Tražena izmjena se djelomično prihvaća na način da podnositelj zahtjeva može zadovoljiti traženu tehničku karakteristiku u navedenoj točki.

Točka 4.4.1.2. mijenja se i glasi:

„Raspon frekvencije između više i niže frekvencije min. 5 MHz, viša frekvencija min. 9 MHz, niža frekvencija maksimalno 5 MHz"

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 40.

U Tehničkoj specifikaciji za grupu IV. Pedijatrijski prenosivi UZV uređaj s mikro konveksnom i linearnom sondom pod točkom 4.4.1.4. zahtjeva se sljedeće:

4.4.1.4 „Radius zakrivljenosti: unutar raspon od 18 do 25 mm"

TRAŽENA IZMJENA:

4.4.1.4. „ Radius zakrivljenosti: unutar raspon od 14 do 25 mm"

ODGOVOR 40.

Tražena izmjena se prihvaća na način da podnositelj zahtjeva može zadovoljiti traženu tehničku karakteristiku u navedenoj točki.

Točka 4.4.1.4. mijenja se i glasi:

„Radijus zakrivljenosti: unutar raspon od 10 do 25 mm"

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 41.

Grupa I. Digitalni RTG uređaj

U tehničkoj specifikaciji pod 1.3. STOL ZA PACIJENTA, točka 1.3.2. traženo je:

1.3.2. „Vertikalni pomak stola min. od 57 do 85 cm."

Molimo izmjenu u:

1.3.2. „Vertikalni pomak stola min. od 57 do 82 cm."

ODGOVOR 41.

Tražena izmjena utječe na rad uređaja te se ne prihvaća.

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 42.

Grupa I. Digitalni RTG uređaj

U tehničkoj specifikaciji pod 1.3. STOL ZA PACIJENTA, točka 1.3.4. traženo je:

1.3.4. „Poprečni pomak ploče stola min. ± 12 cm"

Molimo izmjenu u:

1.3.4. „Poprečni pomak ploče stola min. ± 11 cm"

ODGOVOR 42.

Tražena izmjena utječe na rad uređaja te se ne prihvaća.

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 43.

Grupa I. Digitalni RTG uređaj

U tehničkoj specifikaciji pod 1.3. STOL ZA PACIJENTA, točka 1.3.5. traženo je:

1.3.5. „Maksimalno opterećenje stola min. 300 kg."

Molimo izmjenu u:

1.3.5. „Maksimalno opterećenje stola min. 250 kg."

ODGOVOR 43.

Tražena izmjena utječe na rad uređaja te se ne prihvaća.

Obrazloženje za točke 41., 42. i 43.:

Analizirajući sve tri točke vidljivo je kako bi stol sa prihvaćanjem traženih izmjena bio znatno lošijih karakteristika od definiranog u tehničkoj specifikaciji. Stol bi imao manju nosivosti, manjeg momenta sile kod poprečnog pomaka jer se traži smanjivanje i poprečnog pomaka i nosivosti. Zasebno gledajući pojedinačni zahtjevi bi mogli biti prihvaćeni i ne bi utjecali na kvalitetu rada uređaja, međutim gledajući sve promjene stol bi bio lošijih mehaničkih svojstava, a samim tim se smanjuje i trajnost stola.

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 44.

Grupa I. Digitalni RTG uređaj

U tehničkoj specifikaciji pod 1.3. STOL ZA PACIJENTA, točka 1.3.6. traženo je:

1.3.6. „Područje pokrivanja detektora (od ruba do ruba) min. 95 cm"

Molimo izmjenu u:

1.3.6. „Područje pokrivanja detektora (od ruba do ruba) min. 91 cm"

ODGOVOR 44.

Tražena izmjena utječe na rad uređaja te se ne prihvaća.

Traženo smanjenje pokrivanja detektora zajedno sa uzdužnim pomicanjem stola od min. ± 45 cm bi značilo smanjivanje pokrivenosti pacijenta za snimanje, bez pomicanja pacijenata na ploči stola. Smanjivanje pokrivenosti pacijenta za snimanje na stolu s obzirom na prosječnu visinu ljudi u području snimanja ne bi trebalo biti manje od 185 cm.

Uvažavajući zahtjev podnositelja i objašnjenje vezano uz ovu točku tehnički opis za Gruppu I mijenja se, kako slijedi:

Mijenja se točka 1.3.3. „Uzdužni pomak ploče stola min. ± 45 cm, područje pokrivanja detektora (od ruba do ruba) min. 95 cm ili pokrivenost pacijenta za slikanje na stolu min. 185 cm (pomak ploče + pokrivanje detektora)“

Točka 1.3.6. se briše.

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 45.

Grupa III. UZV oprema 1

Stavka 1.1.6. Traži se:

1.1.6. Namještanje upravljačke ploče i tipkovnice po visini, dubini i zakretanjem (ulijevo i udesno) za rad operatera u sjedećem, stojećem i postraničnom položaju, interaktivno pozadinsko svjetlo na upravljačkoj ploči.

Tražena izmjena:

1.1.6. Namještanje upravljačke ploče i tipkovnice po visini i zakretanjem (ulijevo i udesno) za rad operatera u sjedećem, stojećem i postraničnom položaju, interaktivno pozadinsko svjetlo na upravljačkoj ploči.

ODGOVOR 45.

Tražena izmjena se prihvaća.

Točka 1.1.6. mijenja se i glasi:

„Namještanje upravljačke ploče i tipkovnice po visini i zakretanjem (ulijevo i udesno) za rad operatera u sjedećem, stojećem i postraničnom položaju, interaktivno pozadinsko svjetlo na upravljačkoj ploči“

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 46.

Grupa III. UZV oprema 1

Stavka 4.1.6. Traži se:

4.1.6. Namještanje upravljačke ploče i tipkovnice po visini, dubini i zakretanjem (ulijevo i udesno) za rad operatera u sjedećem, stojećem i postraničnom položaju, interaktivno pozadinsko svjetlo na upravljačkoj ploči.

Tražena izmjena:

4.1.6. Namještanje upravljačke ploče i tipkovnice po visini i zakretanjem (ulijevo i udesno) za rad operatera u sjedećem, stojećem i postraničnom položaju, interaktivno pozadinsko svjetlo na upravljačkoj ploči.

ODGOVOR 46.

Tražena izmjena se prihvaća.

Točka 4.1.6. mijenja se i glasi:

„Namještanje upravljačke ploče i tipkovnice po visini i zakretanjem (ulijevo i udesno) za rad operatera u sjedećem, stojećem i postraničnom položaju, interaktivno pozadinsko svjetlo na upravljačkoj ploči“

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 47.

Grupa III. UZV oprema 1

Stavka 6.5. Traži se:

6.5. Trajanje mjerenja: maks. 5 s

Tražena izmjena:

6.5. Trajanje mjerenja: maks. 15 s

ODGOVOR 47.

Tražena izmjena utječe na kvalitetu uređaja te se ne prihvaća.

U obrazloženju zahtjeva podnositelj navodi kako je vjerojatno došlo do pogreške, te da svi svjetski proizvođači imaju vrijeme mjerenja 15 s. Navedena tvrdnja nije točna, najvjerojatnije kod te tvrdnje radi se o zastarjeloj tehnologiji. Postoje proizvođači čije vrijeme mjerenja je i manje od 5 s.

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 48.

Grupa IV. UZV oprema 2

Stavka 2.1.5. Traži se:

2.1.5. Namještanje upravljačke ploče i tipkovnice po visini, dubini i zakretanjem (ulijevo i udesno) za rad operatera u sjedećem, stojećem i postraničnom položaju, interaktivno pozadinsko svjetlo na upravljačkoj ploči.

Tražena izmjena:

2.1.5. Namještanje upravljačke ploče i tipkovnice po visini i zakretanjem (ulijevo i udesno) za rad operatera u sjedećem, stojećem i postraničnom položaju, interaktivno pozadinsko svjetlo na upravljačkoj ploči.

ODGOVOR 48.

Tražena izmjena se ne prihvaća

Podnositelj zahtjeva da se iz stavke izbaci namještanje upravljačke ploče i tipkovnice po dubini, jer po specifikaciji uređaj nije visoke klase, s to je vezano uz takve uređaje. Kako se radi o uređaju 3D/4D, a takvi uređaji nisu niže ili ekonomske klase, teško je definirati klasu uređaja na osnovi tehničke specifikacije. Definicija podnositelja je proizvoljna i postavljena jer mu odgovara. Mogućnost namještanja upravljačke ploče i tipkovnice i po dubini je karakteristika uređaja koja dobra i korisna za osobu koja radi na njemu.

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 49.

Grupa IV. UZV oprema 2

Stavka 2.2.4.1. Traži se:

2.2.4.1. Brzina volumnog skeniranja u realnom vremenu: min. 30 volumena/s

Tražena izmjena:

2.2.4.1. Brzina volumnog skeniranja u realnom vremenu: min. 60 volumena/s

ODGOVOR 49.

Tražena izmjena se ne prihvaća

Podnositelj zahtjeva zadovoljava traženu tehničku karakteristiku, no uz zahtjevu za obrazloženje navodi kako će to omogućiti kvalitetnije skeniranje i bolju dijagnostiku, što za pravo nije točno. Sama brzina skeniranja ukoliko ne znamo veličinu volumena, razlučivost, rezoluciju unutar volumena, odnosno ako nismo definirali količinu sirovih podataka unutar poznate veličine volumena koja se prikazuje na monitoru, ne znači puno u dijagnostičkom smislu. Naručitelj smatra da je donja granica od 30 volumena/s zadovoljavajuću u odnosu na moguće titranje slike.

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 50.

Grupa IV. UZV oprema 2

Stavka 2.4.1. Traži se:

2.4.1. Širokopojasna multifrekventna konveksna 3 D volumna elektronska sonda

Tražena izmjena:

2.4.1. Širokopojasna multifrekventna konveksna 3 D volumna elektronska sonda izrađena tehnologijom "Single Crystal"

ODGOVOR 50.

Tražena izmjena se ne prihvaća

Naručitelj u tehničkim karakteristikama nije definirao način izrade elemenata u sondi, te ona ne isključuje podnositelja zahtjeva. Točna je činjenica kako piezoelektrični elementi izrađeni u navedenoj tehnologije pokazuju bolja dinamička svojstva, bolji koeficijent pretvaranja energije, bolju elastičnost. Sonda može biti izrađena u single crystal tehnologiji, PMN-PT materijal, ili od keramičkih materijala kao što je olovni cirkonat-titanat PZT-5H. No kako se za sve druge sonde nije definirao materijal od kojih se izrađuju predmetni elementi to nema smisla definirati samo za jednu sondu. S druge strane na kvalitetu dijagnostičke slike može utjecati broj elemenata u sondi. Iz toga razloga je naručitelj definirao minimalan broj elemenata za svaku sondu.

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 51.

Grupa IV. UZV oprema 2

Stavka 2.4.1.2. Traži se:

2.4.1.2. Raspon frekvencija emitiranja, min.: 3 - 8 MHz

Tražena izmjena:

2.4.1.2. Raspon frekvencija emitiranja, min.: 1 - 8 MHz

ODGOVOR 51.

Tražena izmjena se ne prihvaća

Tehnička karakteristika u navedenoj stavci ne isključuje podnositelja zahtjeva. Točno je da sonda od 1 – 8 MHz ima dublje prodiranje, no rezolucija na nižoj frekvenciji je lošija. U stavci 2.4.1.5. je navedeno da je dubina prikaza za navedenu sondu min. 25 cm što je sasvim dovoljno za dijagnostičke pretrage u obstetriciji i ginekologiji.

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 52.

Grupa IV. UZV oprema 2

Stavka 2.4.2.4. Traži se:

2.4.2.4. Radijus zakrivljenosti: max. 10 mm

Tražena izmjena:

2.4.2.4. Radijus zakrivljenosti: max. 12 mm

ODGOVOR 52.

Tražena izmjena se prihvaća, ne utječe bitno na tehničke karakteristike sonde.

Konstatacija da niti jedan svjetski proizvođač za 3D sondu nema radijus zakrivljenosti manji od 12 mm je netočna. Dakle jedan podnositelj zahtjeva je tražio promjenu stavke u 10.1 mm.

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 53.

Grupa IV. UZV oprema 2

Stavka 4.4.1.4. Traži se:

4.4.1.4. Radijus zakrivljenosti: unutar raspon od 18 do 25 mm

Tražena izmjena:

4.4.1.4. Radijus zakrivljenosti: unutar raspon od 16 do 25 mm

ODGOVOR 53.

Temeljem zahtjeva drugih podnositelja izvršena je korekcija stavke koja glasi:

4.4.1.4. „Radijus zakrivljenosti: unutar raspon od 10 do 25 mm“

Ovom korekcijom podnositelj zahtjeva zadovoljava tražene tehničke karakteristike u navedenoj stavci.

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 54.

Grupa V. Kardiološka-pulmološka oprema

7. Defibrilator AVD:

Točka 7.16: „Uređaj posjeduje sustav za mjerenje dubine i frekvencije masaže srca uz glasovne upute o potrebi jače kompresije i metronom koji daje zvučni ritam ovisno o izmjerenoj frekvenciji masaže koju vrši korisnik“.

Prijedlog-Točka 7.16: „Uređaj posjeduje metronom koji daje zvučni ritam prilikom masaže koju vrši korisnik.“

Pojašnjenje: U smislu jednakih uvjeta zainteresiranih gospodarskih subjekata za ovo nadmetanje molimo preoblikovanje stavke 7.16. jer je metronom standard u uređajima koji imaju svi proizvođači.

ODGOVOR 54.

U postupku oživljavanja pacijenata masažom srca jednako vrijedni elementi su frekvencija masaže i dubina masaže srca koji u postupku oživljavanja direktno utječu na ishod, tj. na konačni neurološki status pacijenta. Naime oksigenacija mozga za vrijeme reanimacije se osigurava upravo masažom srca, što znači, ako masaža nije učinkovita, mozak će ostati bez kisika, a pacijent će ostati u komi ili s neurološkim oštećenjima, čak i ako se defibrilacijom vrati srčani ritam. Brisanjem dijela stavke ona bi bila nepotpuna i smanjila bi se učinkovitost masaže.

Iz ostalih zahtjeva za promjenom je vidljivo kako svi proizvođači nemaju metronom standard.

Slijedom navedenog, tražena izmjena se ne prihvaća.

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 55.

Grupa V. Kardiološka-pulmološka oprema

8. Defibrilator AVD:

Točka 8.17: „Uređaj posjeduje sustav za mjerenje dubine i frekvencije masaže srca uz glasovne upute o potrebi jače kompresije i metronom koji daje zvučni ritam ovisno o izmjerenoj frekvenciji masaže koju vrši korisnik“.

Prijedlog-Točka 8.17: „Uređaj posjeduje metronom koji daje zvučni ritam prilikom masaže koju vrši korisnik.“

Pojašnjenje: U smislu jednakih uvjeta zainteresiranih gospodarskih subjekata za ovo nadmetanje molimo preoblikovanje stavke 8.17. jer je metronom standard u uređajima koji imaju svi proizvođači.

ODGOVOR 55.

U postupku oživljavanja pacijenata masažom srca jednako vrijedni elementi su frekvencija masaže i dubina masaže srca koji u postupku oživljavanja direktno utječu na ishod, tj. na konačni neurološki status pacijenta. Naime oksigenacija mozga za vrijeme reanimacije se osigurava upravo masažom srca, što znači, ako masaža nije učinkovita, mozak će ostati bez kisika, a pacijent će ostati u komi ili s neurološkim oštećenjima, čak i ako se defibrilacijom vrati srčani ritam. Brisanjem dijela stavke ona bi bila nepotpuna i smanjila bi se učinkovitost masaže.

Iz ostalih zahtjeva za promjenom je vidljivo kako svi proizvođači nemaju metronom standard.

Slijedom navedenog, tražena izmjena se ne prihvaća.

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 56.

Grupa V. Kardiološka-pulmološka oprema
Stavka 7. Defibrilator AVD

U točki 7.16. predlažemo slijedeću izmjenu: brisanje stavke.

POJAŠNJENJE: Predlažemo navedenu izmjenu jer ovi AVD defibrilatori bit će postavljeni u ordinacijama, ambulantama, domovima zdravlja, odnosno namijenjeni su za upotrebu u zdravstvenim ustanovama i postupke oživljavanja i defibrilacije pružat će medicinsko osoblje, liječnici, medicinske sestre, dakle obučene osobe koje znaju postupak reanimacije, postupak oživljavanja, kao i masažu srca, ne laici.

Navedene funkcije,sustav za mjerenje dubine i frekvencije masaže srca uz glasovne upute... zajedno s djelom ostalih točaka specifikacije može ispuniti samo defibrilator ZOLL AED Plus kojeg ekskluzivno distribuira jedna tvrtka u RH, KARDIAN d.o.o., Zagreb i time navedena stavka, kao i cijela grupa je "zaključana". To je suprotno zakonu o javnoj nabavi (NN120/16). Predložena izmjena omogućuje ostalim i većini zainteresiranih gospodarskih subjekata jednakopravno sudjelovanje na nadmetanju što vjerujemo da je i vaš interes.

ODGOVOR 56.

Podnositelj zahtjeva predlaže brisanje točke 7.16. iz dva razloga. Prvi razlog je taj što će postupak oživljavanja pacijenata pružati medicinsko osoblje, liječnici, medicinske sestre, dakle obučene osobe, ne laici. Poznato je kako medicinski postupci unutar medicinske struke podijeljeni na specijalizacije i specijalnosti. Tako npr. medicinsko osoblje zaposleno u hitnoj medicinskoj pomoći, objedinjenom hitnom bolničkom prijemu, jedinicama intenzivne njege i intenzivnog liječenja nema jednaku obučenost i iskustvo u postupku oživljavanja pacijenta kao ostalo medicinsko osoblje. Isto tako medicinsko osoblje nakon završenog školovanja nije u obvezi odlaziti na tečajeve, dopunske obuke o postupku oživljavanja pacijenta. Učestalost postupka oživljavanja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti nije česta i zato je moguć duži vremenski period između obuke, školovanja medicinskog osoblja za navedeni postupak i primjene tog postupka.

Kvaliteta masaže srca je jedan od ključnih čimbenika koji u postupku oživljavanja direktno utječu na ishod, tj. na konačni neurološki status pacijenta. Naime oksigenacija mozga za vrijeme reanimacije se osigurava upravo masažom srca, što znači, ako masaža nije učinkovita, mozak će ostati bez kisika, a pacijent će ostati u komi ili s neurološkim oštećenjima, čak i ako se defibrilacijom vrati srčani ritam.

Iz navedenih razloga funkcija uređaja opisana pod točkom 7.16. je izuzetno bitna.

Drugi razloga navoda kojim se opravdava zahtjev za brisanje točke je postojanje samo jednog defibrilatora koji može zadovoljiti traženu točku. Taj navod je netočan. U svijetu postoji više proizvođača defibrilatora, koji imaju model defibrilatora koji može zadovoljiti traženu točku i imaju distributera u RH.

Slijedom navedenog, tražena izmjena se ne prihvaća.

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 57.

Grupa V. Kardiološka-pulmološka oprema
Stavka 8. Defibrilator AVD s ormarićem

U točki 8.16. predlažemo slijedeću izmjenu: brisanje stavke.

POJAŠNJENJE: Predlažemo navedenu izmjenu jer ovi AVD defibrilatori bit će postavljeni u ordinacijama, ambulancama, domovima zdravlja, odnosno namijenjeni su za upotrebu u zdravstvenim ustanovama i postupke oživljavanja i defibrilacije pružat će medicinsko osoblje, liječnici, medicinske sestre, dakle obučene osobe koje znaju postupak reanimacije, postupak oživljavanja, kao i masažu srca, ne laici.

Navedene funkcije,sustav za mjerenje dubine i frekvencije masaže srca uz glasovne upute... zajedno s djelom ostalih točaka specifikacije može ispuniti samo defibrilator ZOLL AED Plus kojeg ekskluzivno distribuira jedna tvrtka u RH, KARDIAN d.o.o., Zagreb i time navedena stavka, kao i cijela grupa je "zaključana". To je suprotno zakonu o javnoj nabavi (NN120/16). Predložena izmjena omogućuje ostalim i većini zainteresiranih gospodarskih subjekata jednakopravno sudjelovanje na nadmetanju što vjerujemo da je i vaš interes.

ODGOVOR 57.

Podnositelj traži brisanje stavke 8.16. koja glasi „Set elektroda za djecu/odrasle“, a u obrazloženju se osvrće na funkciju „sustav za mjerenje dubine i frekvencije masaže srca uz glasovne upute“.

Slijedom navedenog, zahtjev se odbija kao nejasan, a što se tiče funkcije „sustav za mjerenje dubine i frekvencije masaže srca uz glasovne upute“ stajalište naručitelja je obrazloženo u odgovoru 55.

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 58.

U točki 1.2.6. tehničke specifikacije za GRUPU 1, digitalni RTG uređaj, traži se:
Rotacija oko vertikalne i horizontalne osi

Obzirom da se kod ovog zahtjeva vjerojatno traži rotacija cijevi molimo nadopunu zahtjeva kako bi bio potpuno jasan. Molimo da točka 1.2.6. sada glasi:
Rotacija cijevi oko vertikalne i horizontalne osi.

ODGOVOR 58.

Tražena izmjena se prihvaća.

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 59.

U točki 1.3.11. tehničke specifikacije za GRUPU 1, digitalni RTG uređaj traži se:
Automatske komorice za mjerenje doze zračenja

Obzirom da se zahtjev nalazi pod naslovom stol za pacijenta, iz istoga proizlazi da se komorica za mjerenje zračenja mora nalaziti u stolu za pacijenta. Obzirom na moguće različite izvedbe sustava za mjerenje zračenja različitih proizvođača, molimo izmjenu zahtjeva 1.3.11. u:
Komorice za mjerenje doze zračenja u stolu ili u kućištu kolimatora.

ODGOVOR 59.

Tražena izmjena se djelomično prihvaća.
Obrazloženje dano u odgovoru 59.

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 60.

U točki 1.4.8. tehničke specifikacije za GRUPU I, digitalni RTG uređaj traži se:
Automatske komarice za mjerenje doze zračenja

Obzirom da se zahtjev nalazi pod naslovom vertikalni stativ sa nosačem detektora, iz istoga proizlazi da se komorica za mjerenje zračenja mora nalaziti u vertikalnom stativu. Obzirom na moguće različite izvedbe sustava za mjerenje zračenja različitih proizvođača, molimo izmjenu zahtjeva 1.4.8. u:

Komorica za mjerenje doze zračenja vertikalnom stativu ili u kućištu kolimatora

ODGOVOR 60.

Tražena izmjena se djelomično prihvaća.

U obrazloženju podnositelj zahtjeva navodi različita rješenja proizvođača. Kako se ne bi utjecalo na različita rješenja tehnička dokumentacija se mijenja na način:

- Brišu se točke 1.3.11. i 1.4.8.
- Točka 1.8.2. postaje 1.8.3.
- Dodaje se nova točka 1.8.2. i glasi:
„Automatsko mjerenje doze zračenja pacijenata kod svih slikanja (na stolu, na vertikalnom stativu, na držaču detektora za lateralne snimke, stajanjem na detektoru)“.

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 61.

U točki 1.6.4. tehničke specifikacije za GRUPU 1, digitalni RTG uređaj traži se:
Min. 10 GB radne memorije

Obzirom da kod akvizicijske radne stanice nismo u mogućnosti mijenjati konfiguraciju kompjutera, a radna memorija optimizirana je sa sustavom i omogućuje optimalan i brz rad sa sustavom, molimo da točka 1.6.4. sada glasi:
Min. 4 GB radne memorije

ODGOVOR 61.

Tražena izmjena se prihvaća.

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 62.

U točki 1.7.6. tehničke specifikacije za GRUPU I, digitalni RTG uređaj traži se:
Odgovarajuća medicinska grafička kartica

Obzirom da proizvođači kompjutera ne rabe pojam „medicinska“ kada se radi o grafičkoj kartici, te je zahtjev nemoguće dokazati, molimo da točka 1.7.6. sada glasi:
Odgovarajuća grafička kartica

ODGOVOR 62.

Tražena izmjena se prihvaća.

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 63.

U točki 1.5. tehničke specifikacije za GRUPU I, digitalni RTG uređaj traži se:
1.5. BEŽIČNI DIGITALNI RAVNI DETEKTOR (2 komada)

RTG uređaj proizvođača koji ovdje namjeravamo nuditi ne podržava konfiguraciju sa 2 bežična digitalna detektora koji su specificirani pod točkom 5. Umjesto tražene konfiguracije željeli bismo ponuditi alternativna rješenja sa jednim mobilnim detektorom ugrađenim u vertikalni stativ. Za krajnjeg korisnika je to bolje rješenje jer je detektor ugrađen u vertikalnom stativu većih dimenzija te omogućuje brži rad zbog toga što u sustav nije potrebno umetati mobini detektor.

Stoga predlažemo sljedeće promjene:

Točka 1.5. treba glasiti:

1.5.BEŽIČNI DIGITALNI RAVNI DETEKTOR (2 komada ili 1 komad sa dodatkom ravnog detektora koji se nalazi u ugrađen u vertikalnom stativu)

ODGOVOR 63.

Tražena izmjena utječe na kvalitetu uređaja te se ne prihvaća.

Predložena izmjena ne nudi alternativno rješenje, nego nudi drugačije rješenje koje je lošije za korisnika. Iako se navode neke prednosti oko kojih se može razgovarati rješenje je ipak nepovoljnije za korisnika. Npr u slučaju kvara na mobilnom detektoru korisnik ne može koristiti slikanje na stolu, držaču za lateralne snimke i sl., nego isključivo slikanje na vertikalnom stativu. Osim toga nije jasna formulacija mobilni detektor ugrađen u vertikalni stativ. Postavlja se pitanje stvarne mobilnosti detektora, a ako je on mobilan i bežični onda ne treba mijenjati opis pod točkom 1.5.

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 64.

U točki 1.5. tehničke specifikacije za GRUPU I, digitalni RTG uređaj

Točka 1.5.7. treba glasiti:

Automatsko punjenje baterije detektora dok se nalazi u stanici za punjenje, u stolu ili vertikalnom stativu (ukoliko se isporučuje konfiguracija sa 2 mobilna detektora). Ukoliko se detektor puni u stanici za punjenje potrebno je isporučiti 3 baterije uz detektor.

Dodaje se točka 1.4.9. koja treba glasiti:

Ukoliko se nudi konfiguracija sa 1 mobilnim i 1 fiksnim ravnim detektorom ugrađenim u vertikalni stativ, fiksni ravni detektor treba imati sljedeće karakteristike:

Digitalni detektor izrađen od Cezij-jodida

Veličina detektora min. 42x42 cm

Dubina akvizicije min. 16 bita

Veličina pixela max. 150 µm

ODGOVOR 64.

Zbog ne prihvaćanja promjene točke 1.5. nema potrebe niti za izmjenom točke 1.5.7. niti za dodavanjem točke 1.4.9.

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 65.

Grupa VII. Sitna oprema

Stavka 4 — Inhalator

Tehnički opis u cijelosti zadovoljava isključivo proizvodu proizvođača FLAEMNUOVA model AIRPRO standard, za što ponudu može dati samo jedna tvrtka.

Predlažemo slijedeću izmjenu stavke 4.7.: - nivo buke maksimalno do 60 Db.

Tražena izmjena u praksi je gotovo neprimjetna, na funkciju uređaja ne utječe, no omogućuje nuđenje drugim ponuđačima obzirom na sve ostale zahtjeve za stavku

ODGOVOR 65.

Tražena izmjena se prihvaća, ne utječe bitno na kvalitetu uređaja.

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 66.

Grupa VII. Sitna oprema

Stavka 8 i 19 Pedijatrijski set — Aparat za davanje kisika — Kofer za reanimaciju

Traži se "boca za kisik, napunjena".

Medicinski kisik se smatra lijekom te za nuđenje i isporuku napunjenih boca ponuditelj mora imati rješenje za prodaju lijekova na veliko izdanu od strane HALMED-a.

Obzirom je predmet nabave medicinska oprema te je velika većina tvrtki koja se bavi prodajom tražene opreme registrirana samo za promet medicinskim proizvodima (osim farmaceutskih tvrtki koje imaju dozvolu za promet lijekova i promet medicinskim proizvodima), molimo naslov da navod "napunjena" promijeni u "prazna".

ODGOVOR 66.

Tražena izmjena se ne prihvaća.

Oprema po primopredaji treba biti spremna za korištenja. Boca koja je prazna nije spremna za korištenje.

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 67.

Grupa VII. Sitna oprema

Stavka 11 instrumentarij

Zahtjev 11.11 Traži se "kvantifikacija sa mjerenjem distance i kuta"

Nejasan navod, pretpostavljamo da se radi o kutomjeru pa molimo ispravak navoda. Molimo jasan opis.

ODGOVOR 67.

Tražena izmjena se prihvaća na način da se stavka briše.

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 68.

Grupa VII. Sitna oprema

Stavka 18 tlakomjer stolni

Specifikacija ja rađena temeljem uređaja A&D Medical model UM-201. Zahtjev 18.9 traži se držač manžete i ručka za nošenje

Radi se o stolnom modelu tlakomjera za ordinacije za koji nije uobičajena takva izvedba kućišta kod ostalih proizvođača.

Kako bi ostali ponuditelji mogli ponuditi stavku, obzirom na ostale zahtjeve, molimo brisanje zahtjeva.

ODGOVOR 68.

Tražena izmjena se prihvaća.

Izmjena se prihvaća iz razloga mogućnosti slanja ponuda većeg broja ponuditelja. Konstatacije o u obrazloženju zahtjeva nisu točne. Prema navodu jedina problematična stavka je drška za nošenje i držač manžete. Postoji više proizvođača tlakomjera koji imaju takve tlakomjere (Omron, Welch Allyn, A&D). S obzirom da liječnici obiteljske medicine imaju obvezu obilaska pacijenta i kod kuće, u slučaju nošenja tlakomjera sigurno je bolje da ima ručku za prijenos nego nositi ga između prstiju.

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 69.

Grupa VII. Sitna oprema

Stavka 20 — Vaga sa visinomjerom

Zahtjev 20.4 Traži se mehanički visinomjer od 60 do 212 cm.

Izmjena: Mehanički visinomjer min. od 60 do 200 cm.

Molimo izmjenu do uobičajenih 200 cm, kako bi omogućili nuđenje većem broju ponuditelja.

Obzirom na očekivanu visinu populacije Županije, smatramo da funkcionalno ne ograničavamo primjenu mjerila, a omogućavate ostalim ponuditeljima nuđenje grupe.

ODGOVOR 69.

Tražena izmjena se ne prihvaća.

Nije jasno što podnositelj zahtjeva podrazumijeva pod očekivanu visinu populacije Županije, da li je očekivana visina neke druge županije takva da ta karakteristika predstavlja funkcionalno ograničavanje. U Osječko-baranjskoj županiji žive osobe više od 200 cm i imaju pravo na jednaki medicinski tretman.

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 70.

Grupa VII. Sitna oprema

Stavka 20 — Vaga sa visinomjerom

Zahtjev 20.6 Traži se postolje maksimalne dimenzije 275 x 530 mm.

Tražena dimenzija upućuje na samo jedan model vage određenog proizvođača, ograničavate nepotrebno nuđenje. Čak i uz dozvoljeno odstupanje od $\pm 5\%$ ne ostavljate prostora ostalim ponuđačima za nuđenje predmeta nabave. Smatramo kako dimenzije platforme za vaganje ne mogu nikako biti od presudne važnosti za funkcionalnost.

Svaka medicinska vaga tražene III klase MDD odobrenja sukladna je Direktivi EU za takvu vrstu mjerila. Postolje može biti manje ili veće, nebitno za funkcionalnost ali izvedba mora biti sukladna propisanoj direktivi i funkcionalno odgovarajuća, te tražiti točnu dimenziju postolja nema logike kod javne nabave čak niti uz dozvoljeno odstupanje od $\pm 5\%$.

Stoga ponovno sugeriramo izmjenu: Postolje širine do max 340, dužina do max. 530

ODGOVOR 70.

Tražena izmjena se prihvaća na način da stavka glasi „površina postolja, širina između 250 i 350 mm, dužina između 500 i 550 mm“

Točna je činjenica površina stajne platforme ne utječe na funkcionalnost, ali utječe na zauzimanje prostora u ordinaciji, što je uvijek relativna stvar. Ovdje podnositelj zahtjeva prilagođava dimenzije vage koju može ponuditi. Pitanje koje se ovdje postavlja gdje je granica veličine postolja. Način na koji se obrazlažu tražene dimenzije je takav da sutra netko može tražiti postolje dimenzija 1 x 2 m. Ono ne utječe na funkcionalnost, a isto tako nije uvjetovano nekom direktivom.

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 71.

Grupa VII. Sitna oprema

Stavka 26 — Vaga za bebe

Specifikacija u potpunosti opisuje vagu proizvođača Wunder. Nije nam jasno zbog čega se traži točnost od 2 grama kad se takav zahtjev traži isključivo na neonatologijama kliničkih bolničkih odjela kod nedonošćadi. Obiteljska medicina i pedijatrija koriste vage točnosti od 5 ili pak 10 grama.

Vage točnosti 2 grama imaju svi ostali zapadno europski proizvođači u ponudi, no cjenovno, a slobodni smo napomenuti i kvalitetom, su daleko iznad opisanog modela talijanskog proizvođača, Zahtjev 26.2 glasi "2 grama do 6 kg ,od 6-15 kg podiok 5 grama ili jednakovrijedno." Navod jednakovrijedno nema snagu obzirom da ste decidirano naveli točnost. Izmjena: točnost max. 5 grama do 10 kg, iznad max 10 g

ODGOVOR 71.

Tražena izmjena se ne prihvaća na način kako je predložio podnositelj zahtjeva jer favorizira proizvođača kojeg zastupa podnositelj zahtjeva.

Uobičajena podjela na područje niže mase koje može biti do 5,6, 7 kg i koje ima veću preciznost i područje iznad sa nešto manjom preciznošću mjerenja. Naručitelj u opisu nije imao namjeru favorizirati nekog proizvođača, a pogotovo ne opisati vagu nekog proizvođača. Uobičajena preciznost predmetnih vaga je 2 g, 5 g i 10 g, idu do 20 kg imaju dvije ili tri podjele mjerenja. Konstatacija kako je preciznost 2 g za nedonoščad je proizvoljna, to niti u jednom prospektu, tehničkoj medicinskoj dokumentaciji nije postavljeno.

U obrazloženju je navedeno kako vage koje imaju preciznost 2 g su skuplje, imaju viši platni razred i jednostavno nisu usporedive sa vagama preciznosti 5 g. Sigurno je da su preciznije vage bolje konstrukcije, osjetljivijih mjernih pretvornika i sl.

Prihvaća se sugestija da jednakovrijedno nama smisla u ovakvoj definiciji pa se jednakovrijedno mijenja ili bolje (a bolje je 2 g do 7.5 kg i 5 g 7.5 do 15, 2 g do 10 kg i 5 g do 20 kg isl.) i mijenja se riječ podiok u preciznost

- preciznost 2 grama do 6 kg, od 6-15 kg preciznost 5 grama ili bolje

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 72.

Grupa VII. Sitna oprema

Stavka 24 — Stol za pregled bolesnika

Zahtjev 24.2 Traži se metalno plastificirano postolje ,nogari inox.

Iz ovog navoda nije jasno što naručitelj želi, jer postolje ili je INOX ili je od nekog drugog materijala (kromirane cijevi, plastificirane cijevi, praškasto obojene ili nešto treće).

Predlažemo izmjenu: metalne eloksirane ili inox noge stola.

ODGOVOR 72.

Tražena izmjena se ne prihvaća na način kako je predložio podnositelj zahtjeva.

Radi boljeg razumijevanja točka 24.2. mijenja se i glasi: „nosiva konstrukcija izrađena od ne hrđajućeg čelika (inox)

Eloksirani metal i Inox nisu usporedivi materijali po čvrstoći, kvaliteti, mogućnosti održavanja u smislu čistoće i dezinfekcije. Nosiva konstrukcija su noge i nosači ležećeg dijela.

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 73.

Grupa VII. Sitna oprema

Stavka 27 – Stol za pregled dojenčadi

Stavka 27.1 Traži se konstrukcija od nehrđajućeg čelika (inox).

Smatramo da na funkciju stola ne utječe materijal izvedbe, tim više što je jasno definirana nosivost.

Predlažemo izmjenu: konstrukcija od nehrđajućeg čelika (inox) ili aluminijske okrugle cijevi.

ODGOVOR 73.

Tražena izmjena se ne prihvaća na način kako je predložio podnositelj zahtjeva.

Radi bolje preciznosti točka 27.1. mijenja se u „nosiva konstrukcija izrađena od ne hrđajućeg čelika (inox),

Aluminijske okrugle cijevi i Inox nisu usporedivi materijali po čvrstoći, kvaliteti, dugotrajnosti, mogućnosti održavanja u smislu čistoće i dezinfekcije. Nosiva konstrukcija su noge i nosači radne plohe

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 74.

Grupa VII. Sitna oprema

Stavka 28 – Uređaj za ispiranje uha

Zahtjev 28.3 Traži se podešavanje 3,45 bara.

Prekomjerna snaga pulsog mlaza vode može oštetiti bubnjić stoga su proizvođači uređajima novije generacije smanjili izlaznu snagu do 2,75 bara, što je sasvim dovoljno za ispiranje uha.

Predlažemo stoga da se umjesto 3,45 bara upiše minimalno 2,75 bara. Na taj način se ostavlja prostora svim zainteresiranim stranama da ponude proizvode u programu.

Traži se rad na punjivu bateriju.

Nepoznato nam je da i jedan ponuđač ima uređaj na punjive baterije, već je standardno na struju.

Kako bi omogućili nuđenje molimo izmjenu:

Izmjena: rad na punjivu bateriju ili struju

ODGOVOR 74.

Tražena izmjena za 28.3 se prihvaća. Predložene promjene ne utječu bitno na kvalitetu uređaja te se prihvaćaju. U točki 28.3 dodaje se min. raspon.

Zahtjev gdje se traži rad na punjivu bateriju ili struju se djelomično prihvaća. Prema točkama 28.6 i 28.8. uređaj ima punjivu (accu bateriju i napajanje na struju). U ovom slučaju će se izbrisati 28.6., odnosno da uređaj treba imati punjivu bateriju.

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 75.

Grupa VII. Sitna oprema

Stavka 29 – Mjerna stanica za visinu i težinu

Specifikacija opisuje model APEX SHK proizvođača Detecto.

Zahtjev 29.4 Traži se ultrazvučno mjerenje visine s rasponom od 60 do min. 218 cm.

Molimo naslov da navede broj senzora, obzirom se na tržištu nalaze kojekakva rješenja, manja tj. više kvalitetna.

Predlažemo izmjenu: "min. 3 para ultrazvučnih senzora", kako bi budući korisnik dobio kvalitetno i pouzdano mjerilo. Manji broj senzora, niža točnost očitavanja, a ukoliko ne navedete broj senzora sigurni smo da korisnici neće biti zadovoljni preciznošću uređaja.

Zahtjev 29.4 Automatsko mjerenje visine rasponom mjerenja min. 60 do 218 cm

Izmjena: rasponom mjerenja min. 60 do 210 cm

Predlažemo izmjenu radnog opsega visinomjera "od 60 do 210 cm", obzirom da ostali ponuđači imaju nešto niži raspon, sasvim zadovoljavajući obzirom na potrebe Županije.

ODGOVOR 75.

Tražena izmjena za 29.4 se djelomično prihvaća u dijelu opsega visinomjera od 60 do 210 cm, no u dijelu 3 para ultrazvučnih senzora se ne prihvaća.

Kako već imamo stavku 20. Vaga s visinomjerom gdje smo tražili min. raspon 60 do 212 cm, ovaj prijedlog je prihvatljiv i ne utječe bitno na kvalitetu uređaja. Ubacivanjem min. 3 para ultrazvučnih senzora bi pogodovalo određenom proizvođaču, a postavljena karakteristika ga ne isključuje. Ovdje je proizvođačima ostavljena mogućnost rješenja za mjerenje u traženom opsegu.

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 76.

Grupa VIII. Stomatološka oprema

Stavka 2. SET ZA STROJNU ENDODONCIJU S ENDOMETROM:

Točka 2.8.: Traži se: „Redukcija minimalno 6:1“.

S obzirom da su parametri rada koje uređaj mora zadovoljavati precizno specificirani u točki 2.2. i može ih zadovoljiti uređaj i bez obzira redukciju molimo brisanje ove točke opisa. Traženjem određenog stupnja redukcije se samo nepotrebno ograničava broj ponuditelja.

ODGOVOR 76.

Tražena izmjena se prihvaća, točka 2.8 se briše.

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 77.

Grupa VIII. Stomatološka oprema

Stavka 3. STOLICA S NASADNIM INSTRUMENTIMA:

Točka 3.19.5.: Traži se: "Amalgam separator sukladno normi EN ISO 11143". Molimo izmjenu točke opisa na: "Kolektor grubih čestica (amalgam i ostalih ispuna)"

ODGOVOR 77.

Tražena izmjena se ne prihvaća.

Amalgam u stomatološkim otpadnim vodama dobiva sve veću kontrolu od regulatora zbog nacionalnih, državnih i lokalnih inicijativa za smanjenje ili gotovo eliminiranje ispuštanja žive i predmeta koji sadrže živu u okoliš. Zahtjev ISO 11143 je 95% učinkovitosti uklanjanja amalgama. Definicija kolektor je zapravo skupljanje, a ne uklanjanje amalgama što nije isto rješenje.

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 78.

Grupa VIII. Stomatološka oprema

Točka 3.21.6.: Traži se: "polje osvjetljenja min. 175x100mm s udaljenosti od 70 cm". Trenutno važeća norma ISO 9680 za dentalni operacijski reflektor se zadovoljava i kada je polje osvjetljenja s udaljenosti 70 cm uže od 100 mm i sukladno tome molimo izmjenu točke opisa na: „polje osvjetljenja min. 175x85mm s udaljenosti od 70 cm“.

ODGOVOR 78.

Tražena izmjena se prihvaća.

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 79.

Grupa VIII. Stomatološka oprema

Stavka 7. STERILIZATOR:

Točka 7.3.: Traži se: „Kapacitet: unutar raspona 28 do 35 l“. Molimo izmjenu točke opisa u: „Kapacitet: unutar raspona 28 do 39 l“, kako bi se omogućilo ravnopravno nuđenje većeg broja ponuditelja

ODGOVOR 79.

Tražena izmjena se prihvaća.

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 80.

Grupa VIII. Stomatološka oprema
Stavka 8. AUTOKLAV:

Točka 8.3.: Traži se: „Mogućnost povezivanja na računalnu mrežu i na PC računalo". Molimo izmjenu točke opisa u „Serijski računalni priključak R5232 i USB priključak", s obzirom da su to standardni priključci koji se nalaze na uređajima ove vrste, a također služe i u svakodnevnoj upotrebi uređaja i za spajanje drugih uređaja.

ODGOVOR 80.

Tražena izmjena se ne prihvaća.

Razvojem tehnologije većina uređaja ima mogućnost povezivanja na mrežu i računalo, a zbog vanjskog pristupa serviseru uređaju, izmjene verzije programa u uređaju, prebacivanje pohranjivanje podataka na računalo i sl. Ovdje nije tražen način povezivanja (RS 232, USB, ethernet port i sl) upravo iz razloga mogućeg ograničavanja proizvođača i njihovih rješenja.

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 81.

Grupa VIII. Stomatološka oprema
Stavka 8. AUTOKLAV:

Točka 8.4.: Traži se „Maksimalna temperatura min. 138 ° C". Na snazi je norma EN 13060. Sterilizacija u autoklavima se vrši pri temperaturi 134°, te sukladno tome molimo izmjenu točke u: „Maksimalna temperatura minimalno 134° C"

ODGOVOR 81.

Tražena izmjena se prihvaća.

U zahtjevu napravljena greška jer se radi o točki 8.5. i ona će biti promijenjena.

Kako je točka 8.5. definirana kao „Maksimalna temperatura sterilizacije min.138 ° C“, ne znači da se sterilizacija ne može obavljati na temperaturi od 134 ° C. No kako bi omogućili veći broj mogućih ponuditelja, promjena ne utječe bitno na kvalitetu uređaja, točka će se promijeniti kako je navedeno.

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 82.

Grupa VIII. Stomatološka oprema
Stavka 8. AUTOKLAV:

Točka 8.6.: Traži se: „Max. radni tlak: min. 2,3 bar". Na snazi je norma EN 13060. Sterilizacija u autoklavima se vrši pri tlaku od 2,1 bar, te sukladno tome molimo izmjenu točke u: „Max. radni tlak: minimalno 2,1 bar"

ODGOVOR 82.

Tražena izmjena se prihvaća.

Kako je točka 8.6. definirana kao „Max radni tlak min. 2.3. bar“, ne znači da se sterilizacija ne može obavljati na tlaku od 2.1 bar. No kako bi omogućili veći broj mogućih ponuditelja, promjena ne utječe bitno na kvalitetu uređaja, točka će se promijeniti kako je navedeno.

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 83.

Grupa VIII. Stomatološka oprema
Stavka 8. AUTOKLAV:

Točka 8.7.: Traži se: „Maksimalni podtlak min 0,9 bar“. Na snazi je norma EN 13060. Sterilizacija u autoklavima se vrši pri tlaku od -0,8 bar, te sukladno tome molimo izmjenu točke u: „Maksimalni podtlak min 0,8 bar“

ODGOVOR 83.

Tražena izmjena se prihvaća.

U zahtjevu za promjenom točke podnositelj zahtjeva navodi kako se sterilizacija vrši pri tlaku od -0.8 bar, a što je sukladno normi EN 13060. Konstatacija nema logičnosti, na sterilizaciju materijala utječu tlak i temperatura. Temperatura i tlak predviđen navedenom normom su zadovoljavajući za kvalitetnu sterilizaciju, no pod tlak se koristi u fazi sušenja materijala i što je veći sušenje je bolje, pogotovo ako je materijal složen u neku kutiju ili na takav način da ima ograničenja u propusnosti. Ako materijali mogu izdržati tlak od 2.1 bar onda mogu i pod tlak od 0.9 bara, a za postizanje takvog pod tlaka trebaju jače vakuum pumpe što povećava cijenu uređaja. Snaga pumpi eksponencijalno raste sa postizanjem pod tlaka. No kako bi omogućili veći broj mogućih ponuditelja, promjena ne utječe bitno na kvalitetu uređaja, točka će se promijeniti kako je navedeno.

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 84.

Grupa VIII. Stomatološka oprema
Stavka 8. AUTOKLAV:

Točka 8.9.: Traži se: „integrirani termalni printer za ispis potvrde sterilizacije“. S obzirom da je ispis putem termalnog printera najinferiornije tehničko rješenje ispisa potvrde sterilizacije, između ostalih razloga i zbog izbljeđivanja ispisa pri izloženosti svjetlu i/ili povišenoj temperaturi, molimo izmjenu točke opisa u: "Zapisivanje potvrde sterilizacije i mogućnost prebacivanja podataka o sterilizacijama na računalo". Ova promjena ne ograničava naprednija tehnička rješenja, a udovoljavaju joj i uređaji s termalnim printerom

ODGOVOR 84.

Tražena izmjena se ne prihvaća.

Tražena izmjena ne nudi jednako vrijedno i kvalitetno rješenje. Dok u osnovnoj varijanti uređaj sadrži termalni printer, u predloženoj varijanti dovoljna je USB memorija na kojoj se pohrane podaci, te se oni prenesu na računalo i po potrebi tiskaju. S obzirom da se u tehničkoj specifikaciji nije tražilo računalo pretpostavka je da korisnik to radi na svom računalu. Točan je podatak kako zapis na termo osjetljivi papir nestaje nakon nekog vremena. Iskustvo pokazuje da npr. EKG, CTG zapisi koji su nekad rađeni na termo osjetljivom papiru traju i više od 10 godina. Stav je da je zapis potreban nakon svake sterilizaciji. Da bi se omogućilo natjecanje većem broju ponuditelja pod točkom 8.9. dodat će se ili vanjski printer povezan na uređaj, a iz osnovnog dijela točka izbacit će se termalni, tako mogući ponuditelji mogu ponuditi bilo koje rješenje.

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 85.

Grupa 5, stavka 7.16.

Stavka 7.16. Troškovnika u Grupi 5. glasi: „Uređaj posjeduje sustav za mjerenje dubine frekvencije masaže srca uz glasovne upute o potrebi jače kompresije i metronom koji daje zvučni ritam ovisno o izmjerenoj frekvenciji masaže koju vrši korisnik.“

Stavku 7.16. troškovnika može zadovoljiti samo jedan proizvođač opreme, a budući je stavkom 7.6. zahtijevano da uređaj ima integrirani protokol prema važećim smjernicama ERC-a koje su temelj za provođenje uspješne reanimacije/defibrilacije te kako je namjena instalirati AVD defibrilatore u javnim zdravstvenim ustanovama gdje će u slučaju potrebe reanimacije i defibrilacije postupak obavljati zdravstveni djelatnici, a ne laici smatramo kako nema potrebe za zahtijevanom funkcijom.

Molimo da uzmete u obzir kako bi ustrajanje na zadržavanju stavke 7.16 Troškovnika koju može zadovoljiti samo jedan proizvođač onemogućilo tržišno natjecanje svim ostalim gospodarskim subjektima za navedeni predmet nabave, ali i za preostalih 8 stavaka troškovnika u grupi 5. Kako bi se izbjeglo narušavanje tržišnog natjecanja i osiguralo jednako postupanje prema svim gospodarskim subjektima te kako bi se ostvarila odredba iz članka 206. stavka 2. ZJN 2016, odnosno kako bi tehničke specifikacije omogućile svim gospodarskim subjektima jednak pristup postupku javne nabave predlažemo naručitelju brisanje stavke 7.16. Troškovnika u Grupi 5, nadmetanju što vjerujemo da je i vaš interes.

ODGOVOR 85.

Tražena izmjena se ne prihvaća

Podnositelj zahtjeva predlaže brisanje točke 7.16. Stavke 7 iz dva razloga. Prvi razlog je taj što će postupak oživljavanja pacijenata pružati medicinski djelatnici, a ne laici. Poznato je kako medicinski postupci unutar medicinske struke podijeljeni na specijalizacije i specijalnosti. Tako npr. medicinski djelatnici zaposleno u hitnoj medicinskoj pomoći, objedinjenom hitnom bolničkom prijemu, jedinicama intenzivne njege i intenzivnog liječenja nema jednaku obučenost i iskustvo u postupku oživljavanja pacijenta kao ostalo medicinsko osoblje. Isto tako medicinsko osoblje nakon završenog školovanja nije u obvezi odlaziti na tečajeve, dopunske obuke o postupku oživljavanja pacijenta. Učestalost postupka oživljavanja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti nije česta i zato je moguć duži vremenski period između obuke, školovanja medicinskog osoblja za navedeni postupak i primjene tog postupka.

Kvaliteta masaže srca je jedan od ključnih čimbenika koji u postupku oživljavanja direktno utječu na ishod, tj. na konačni neurološki status pacijenta. Naime oksigenacija mozga za vrijeme reanimacije se osigurava upravo masažom srca, što znači, ako masaža nije učinkovita, mozak će ostati bez kisika, a pacijent će ostati u komi ili s neurološkim oštećenjima, čak i ako se defibrilacijom vrati srčani ritam.

Iz navedenih razloga funkcija uređaja opisana pod točkom 7.16. je izuzetno bitna.

Drugi razlog navoda kojim se opravdava zahtjev za brisanje točke je postojanje samo jednog defibrilatora koji može zadovoljiti traženu točku. Taj navod je netočan. U svijetu postoji više proizvođača defibrilatora, koji imaju model defibrilatora koji može zadovoljiti traženu točku i imaju distributera u RH.

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 86.

Grupa 5, stavka 8.17.

Stavka 8.17. Troškovnika u Grupi 5. glasi: „Uređaj posjeduje sustav za mjerenje dubine frekvencije masaže srca uz glasovne upute o potrebi jače kompresije i metronom koji daje zvučni ritam ovisno o izmjerenoj frekvenciji masaže koju vrši korisnik.”

Stavku 8.17. troškovnika može zadovoljiti samo jedan proizvođač opreme, a budući je stavkom 8.6. zahtijevano da uređaj ima integrirani protokol prema važećim smjernicama ERC-a koje su temelj za provođenje uspješne reanimacije/defibrilacije te kako je namjena instalirati AVD defibrilatore u javnim zdravstvenim ustanovama gdje će u slučaju potrebe reanimacije i

defibrilacije postupak obavljati zdravstveni djelatnici, a ne laici smatramo kako nema potrebe za zahtijevanom funkcijom.

Molimo da uzmete u obzir kako bi ustrajanje na zadržavanju stavke 8.17 Troškovnika koju može zadovoljiti samo jedan proizvođač onemogućilo tržišno natjecanje svim ostalim gospodarskim subjektima za navedeni predmet nabave, ali i za preostalih 8 stavaka troškovnika u grupi 5. Kako bi se izbjeglo narušavanje tržišnog natjecanja i osiguralo jednako postupanje prema svim gospodarskim subjektima te kako bi se ostvarila odredba iz članka 206. stavka 2. ZJN 2016, odnosno kako bi tehničke specifikacije omogućile svim gospodarskim subjektima jednak pristup postupku javne nabave predlažemo naručitelju brisanje stavke 8.17. Troškovnika u Grupi 5, nadmetanju što vjerujemo da je i vaš interes.

ODGOVOR 86.

Tražena izmjena se ne prihvaća

Podnositelj zahtjeva predlaže brisanje točke 8.17. iz dva razloga. Prvi razlog je taj što će postupak oživljavanja pacijenata pružati medicinski djelatnici, a ne laici. Poznato je kako medicinski postupci unutar medicinske struke podijeljeni na specijalizacije i specijalnosti. Tako npr. medicinski djelatnici zaposleno u hitnoj medicinskoj pomoći, objedinjenom hitnom bolničkom prijemu, jedinicama intenzivne njege i intenzivnog liječenja nema jednaku obučenost i iskustvo u postupku oživljavanja pacijenta kao ostalo medicinsko osoblje. Isto tako medicinsko osoblje nakon završenog školovanja nije u obvezi odlaziti na tečajeve, dopunske obuke o postupku oživljavanja pacijenta. Učestalost postupka oživljavanja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti nije česta i zato je moguć duži vremenski period između obuke, školovanja medicinskog osoblja za navedeni postupak i primjene tog postupka.

Kvaliteta masaže srca je jedan od ključnih čimbenika koji u postupku oživljavanja direktno utječu na ishod, tj. na konačni neurološki status pacijenta. Naime oksigenacija mozga za vrijeme reanimacije se osigurava upravo masažom srca, što znači, ako masaža nije učinkovita, mozak će ostati bez kisika, a pacijent će ostati u komi ili s neurološkim oštećenjima, čak i ako se defibrilacijom vrati srčani ritam.

Iz navedenih razloga funkcija uređaja opisana pod točkom 8.17. je izuzetno bitna.

Drugi razlog navoda kojim se opravdava zahtjev za brisanje točke je postojanje samo jednog defibrilatora koji može zadovoljiti traženu točku. Taj navod je netočan. U svijetu postoji više proizvođača defibrilatora, koji imaju model defibrilatora koji može zadovoljiti traženu točku i imaju distributera u RH.

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 87.

Grupa I. Digitalni RTG uređaj

Stavka 1.1.4. Traži se:

1.1.4.,,Radiografski mAs u rasponu min. : 0.5 — 630 mAs"

TRAŽENA IZMJENA:

1.1.4.,,Radiografski mAs u rasponu min. : 0.5 — 500 mAs"

ODGOVOR 87.

Tražena izmjena utječe na kvalitetu uređaja te se ne prihvaća.

U praksi su vrlo rijetke situacije u kojima se primjenjuje količina naboja koju generator daje na RTG cijev od 500 mAs. Međutim dimenzioniranje elektroničkih komponenti u generatoru tako da mogu dati maksimalni naboj od 500mAs znači da se one puno više troše prilikom normalnog i uobičajenog opterećenja od onih komponenti koje su dimenzionirane za 630 mAs ili 800 mAs. Iz

toga razloga kraće traju i brže se kvare. Dakle ovdje nije razlog ne prihvatanja zahtjeva utjecaj na dijagnostičku kvalitetu nego na kvalitetu visokonaponskog generatora kao uređaja.

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 88.

Grupa I. Digitalni RTG uređaj

Stavka 1.3.7. Traži se:

1.3.7. „Mogućnost umetanja detektora sa ručkom u stol”

TRAŽENA IZMJENA:

1.3.7. „Mogućnost umetanja detektora u stol”

ODGOVOR 88.

Tražena izmjena utječe na kvalitetu uređaja te se ne prihvaća.

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 89.

Grupa I. Digitalni RTG uređaj

Stavka 1.4.7. Traži se:

1.4.7. „Mogućnost umetanja detektora sa ručkom u stol”

TRAŽENA IZMJENA:

1.4.7. „Mogućnost umetanja detektora u vertikalni stativ”

ODGOVOR 89.

Tražena izmjena utječe na kvalitetu uređaja te se ne prihvaća.

Opis je vezan za vertikalni stativ sa nosačem detektora u točki 1.4.7. došlo je do greške te se ona mijenja u:

1.4.7 . „Mogućnost umetanja detektora sa ručkom u nosač detektora u vertikalnom stativu”

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 90.

Grupa I. Digitalni RTG uređaj

Stavka 1.5.1. Traži se:

1.5.1. „Mobilni bežični detektor sa kućištem izvedenim sa 1 ili više ručki za prenošenje”

TRAŽENA IZMJENA:

1.5.1. „Mobilni bežični detektor”

ODGOVOR 90.

Tražena izmjena utječe na kvalitetu uređaja te se ne prihvaća.

Iz prakse iskustveno je pokazano kako su ručke najsigurniji način manipulacije detektorom. Često postoji potreba izvlačenja detektora iz nosača stola ili nosača u vertikalnom stativu te stavljanje ispod pacijenta, ukoliko pacijent u takvom stanju da se ne može prebaciti na stol, ili prebacivanje detektora iz stola u vertikalni stativ ukoliko se ostane samo na jednom detektoru. I u takvim situacijama dolazilo bi do ispadanja detektora te njegovog kvara. Takvi kvarovi se ne priznaju u jamstvenom roku. Sva druga rješenja za detektore su bitno lošija od traženog.

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 91.

Grupa I. Digitalni RTG uređaj

Stavka 1.5.3. Traži se:

1.5.3. „Veličina detektora dimenzija min. 34.8x41cm"

TRAŽENA IZMJENA:

1.5.3.„Veličina aktivnog dijela detektora min. 33.8x41cm"

ODGOVOR 91.

Tražena izmjena se prihvća uz smanjivanje dužine i širine za 1 cm. Nova stavka je:

1.5.3.„Veličina aktivnog dijela detektora min. 33.8x40cm"

U definiciji stavke 1.5.3. postavljena je veličina detektora u kojoj nije precizno navedeno da li se radi o aktivnoj veličini ili veličini detektora zajedno sa plastičnim okvirom, nosačem ili kako je izveden. U tom slučaju veličina aktivnog detektora bila bi manja od tražene izmjene. Iz tog razloga se prihvća izmjena.

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 92.

Grupa I. Digitalni RTG uređaj

Stavka 1.5.6. Traži se:

1.5.6. „DQE prema IEC62220-1 za prostornu rezoluciju: 1 Ip/mm min 50%, 2Ip/mm min. 36%“

TRAŽENA IZMJENA:

1.5.6.„DQE prema IEC62220-1 za prostornu rezoluciju: 1 Ip/mm min. 44%, 2Ip/mm min. 36 %"

ODGOVOR 92.

Tražena izmjena utječe na kvalitetu uređaja te se ne prihvća.

Traženi vrijednost je jedna od važnijih karakteristika detektora i definira efikasnost pretvorbe x zrake u korisni signal. Što je veći to nam treba manja doza za istu sliku, bolji je odnos signal/šum uz istu dosu i sl. Za prostornu rezoluciju od 1 lp/mm vrijednost DQE faktora bi trebala biti iznad 50%, a sve ispod je znak lošije kvalitete detektora.

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 93.

Grupa I. Digitalni RTG uređaj

Stavka 1.6.4. Traži se:

1.6.4. „Min. 10 GB radne memorije"

TRAŽENA IZMJENA:

1.6.4. „Min. 8 GB radne memorije"

ODGOVOR 93.

Tražena stavka temeljem zahtjeva drugih podnositelja je promijenjena na min 4 GB.

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 94.

Grupa I. Digitalni RTG uređaj

Stavka 1.6.8. Traži se:

1.6.8. „Dicom Send, Dicom Storage Commitment, Dicom Print, Dicom Worklist/MPPS, Dicom strukturirani izvještaj o dozi"

TRAŽENA IZMJENA:

1.6.8., „Dicom Send, Dicom Print, Dicom Worklist/MPPS"

ODGOVOR 94.

Tražena izmjena utječe na kvalitetu uređaja te se ne prihvaća.

Traženi Dicom paket je standardni paket koji većina proizvođača RTG opreme instalira na uređaj i niti po čemu postavljeni zahtjev nije poseban.

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 95.

Grupa I. Digitalni RTG uređaj

Stavka 1.8.1. Traži se:

1.8.1. „Držac detektora za lateralne snimke mobilni na točkovima (min. 3 točka)"

TRAŽENA IZMJENA:

1.8.1. „Držac detektora za lateralne snimke"

ODGOVOR 95.

Tražena izmjena utječe na kvalitetu uređaja te se ne prihvaća.

Postoji više izvedbi držača detektora za lateralne snimke. Mogu biti mobilni na kotačima, sa mogućnošću pričvršćivanja na konstrukciju stola ili se postavljaju na stol. Oni po cijeni i funkcionalnosti nisu isti. Traženom izmjenom omogućilo bi se ponuditeljima izbor bilo koje opcije koja je za njih povoljnija bez obzira na potrebe korisnika. Postojeći opis stavke je najpovoljniji za korisnika.

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 96.

Grupa III. UZV oprema 1

1. Stavka 1.2.3.3. Traži se:

1.2.3.3. „Mjerenje brzine u PW min u rasponu od 0,4 do 4000 cm/s"

TRAŽENA IZMJENA:

1.2.3.3. „Mjerenje brzine u PW min u rasponu od 0,4 do 700 cm/s"

ODGOVOR 96.

Tražena izmjena se djelomično prihvaća.

U tekstu je došlo do greške upisivanjem jedne „0“ više.

Točka 1.2.3.3. je: „Mjerenje brzine u PW min u rasponu od 0,4 do 400 cm/s"

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 97.

Grupa III. UZV oprema 1

Stavka 1.2.3.5. Traži se:

1.2.3.5. „Mjerenje brzine u CW min u rasponu od 5 do 6000 cm/s"

TRAŽENA IZMJENA:

1.2.3.5. „Mjerenje brzine u CW min u rasponu od 5 do 1500 cm/s"

ODGOVOR 97.

Tražena izmjena se djelomično prihvaća. U tekstu je došlo do greške upisivanjem 6 umjesto 1

Točka 1.2.3.5. je: „Mjerenje brzine u PW min u rasponu od 0,4 do 1000 cm/s"

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 98.

Grupa III. UZV oprema 1

Stavka 4.2.3.3. Traži se:

4.2.3.3. „Mjerenje brzine u PW min u rasponu od 0,4 do 4000 cm/s"

TRAŽENA IZMJENA:

4.2.3.3. „Mjerenje brzine u PW min u rasponu od 0,4 do 700 cm/s"

ODGOVOR 98.

Tražena izmjena se djelomično prihvaća.

U tekstu je došlo do greške upisivanjem jedne „0“ više.

Točka 4.2.3.3. je: „Mjerenje brzine u PW min u rasponu od 0,4 do 400 cm/s"

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 99.

Grupa III. UZV oprema 1

Stavka 4.2.3.5. Traži se:

4.2.3.5. „Mjerenje brzine u CW min u rasponu od 5 do 6000 cm/s"

TRAŽENA IZMJENA:

4.2.3.5. „Mjerenje brzine u CW min u rasponu od 5 do 1500 cm/s"

ODGOVOR 99.

Tražena izmjena se djelomično prihvaća.

U tekstu je došlo do greške upisivanjem 6 umjesto 1

Točka 4.2.3.5. je: „Mjerenje brzine u PW min u rasponu od 0,4 do 1000 cm/s"

IZMJENE DOKUMENTACIJE NAKON PRETHODNOG SAVJETOVANJA

1. U točki 2. Dokumentacije o nabavi (dalje: DoN) briše se stavak 3. koji glasi:
“ Iznimno u skladu s člankom 63. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/2016) – skraćeni naziv zakona: ZJN 2016., naručitelj i gospodarski subjekti mogu komunicirati usmenim putem ako se ta komunikacija ne odnosi na ključne elemente postupka javne nabave, pod uvjetom da je njezin sadržaj u zadovoljavajućoj mjeri dokumentiran. Ključni elementi postupka javne nabave uključuju dokumentaciju o nabavi i ponude“.
2. Točka 4. mijenja se i glasi:
„ Temeljem članka 80. stavka 2. točke 2. ZJN 2016. objavljujemo da postoje gospodarski subjekti s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu članaka 76. i 77. ZJN 2016, kako slijedi:
 - Agencija za održivi razvoj Općine Antunovac RODA d.o.o, Braće Radića 4, Antunovac OIB: 960581966229 i
 - Poljoprivredno voćarska zadruga PUGNUS zadruga branitelja, Cvjetkova 31, Osijek OIB: 92058729315
3. U točki 11. briše se stavak 3. koji glasi:
„Člankom 8. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi, naručitelj provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom. Analiza tržišta obuhvaća prikupljanje informacija o predmetu nabave, gospodarskim

subjektima koji sudjeluju na tržištu te drugim okolnostima koje utječu na uvjete nabave. U predmetnom slučaju opise predmeta nabave izradile su i dostavile naručitelju zdravstvene ustanove za koje se oprema nabavlja i koje znaju točno kakvu opremu trebaju, a tržište i gospodarski subjekti koji se bave isporukom predmetne opreme naručitelju su poznati. Slijedom navedenog, naručitelj nije proveo analizu tržišta, ali u prethodnom savjetovanju određuje rok duži od minimalnog roka od pet dana od dana javne objave koji je propisan navedenim pravilnikom, kako bi gospodarski subjekti imali dovoljno vremena proučiti dokumentaciju o nabavi, tehničke opise predmeta nabave i troškovnike i dati svoje eventualne primjedbe i prijedloge“.

4. U točki 13. mijenja se stavak 3., tako da glasi:

„CPV po grupama:

1. Grupa I. Digitalni RTG uređaj
– 33110000-4 Oprema za snimanje namijenjena uporabi u medicini, zubarstvu i veterini
2. Grupa II. Digitalni ortopan
– 33110000-4 Oprema za snimanje namijenjena uporabi u medicini, zubarstvu i veterini
3. Grupa III. UZV oprema 1
– 33110000-4 Oprema za snimanje namijenjena uporabi u medicini, zubarstvu i veterini
4. Grupa IV. UZV oprema 2
– 33110000-4 Oprema za snimanje namijenjena uporabi u medicini, zubarstvu i veterini
5. Grupa V. Kardiološka/pulmološka oprema
– 33110000-4 Oprema za snimanje namijenjena uporabi u medicini, zubarstvu i veterini
– 33130000-0 Zubarski i subspecijalistički instrumenti i aparati
– 33190000-8 Razne medicinske naprave i proizvodi
6. Grupa VI. Oprema za fizikalnu medicinu
– 33150000-6 Uređaji za radioterapiju, mehanoterapiju, elektroterapiju i fizikalnu terapiju
7. Grupa VII. Sitna oprema
– 33190000-8 Razne medicinske naprave i proizvodi
– 33140000-3 Medicinski potrošni materijal
8. Grupa VIII. Stomatološka oprema
– 33130000-0 Zubarski i subspecijalistički instrumenti i aparati
– 33190000-8 Razne medicinske naprave i proizvodi
9. Grupa IX. Ginekološka oprema
– 33130000-0 Zubarski i subspecijalistički instrumenti i aparati
– 33190000-8 Razne medicinske naprave i proizvodi“

5. U točki 14. mijenja se prvi stavak, tako da glasi:

„Predmet nabave podijeljen je na devet grupa, kako slijedi:

- Grupa I. Digitalni RTG uređaj
- Grupa II. Digitalni ortopan
- Grupa III. UZV oprema 1
- Grupa IV. UZV oprema 2
- Grupa V. Kardiološka/pulmološka oprema
- Grupa VI. Oprema za fizikalnu medicinu
- Grupa VII. Sitna oprema
- Grupa VIII. Stomatološka oprema
- Grupa IX. Ginekološka oprema“

Iza drugog stavka dodaje se novi stavak i glasi:

„Ponuditelj je obavezan dostaviti zasebnu ponudu za svaku grupu, sukladno članku 10. stavak 3. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave“.

6. Točka 15. mijenja se, tako da glasi:
„Točna količina propisana je troškovnicima, koji se nalaze u Prilogu 2. DoN“.

7. Iza točke 16. dodaje se nova točka i glasi:
„17. Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti predmeta nabave:
Neprimjenjivo“

Točka 17. postaje točka 18.

8. U točki 19. koja postaje točka 20., mijenja se 2. stavak i glasi:
„Ugovaratelj se obvezuje isporučiti predmetnu opremu, montirati, staviti u funkciju i educirati korisnike za rad sa isporučenim uređajima, kako je naznačeno za svaku pojedinu stavku tehničkom opisu koji se nalazi u Prilogu 1. DoN, u roku 90 dana od dana sklapanja ugovora (za sve grupe predmeta nabave)“.

Brišu se stavci 3., 4. i 5., koji glase:

„Ugovaratelj ima pravo na produženje ugovornih rokova ako nastupe okolnosti koje se smatraju višom silom te drugim opravdanim slučajevima kao što je nemogućnost pristupa objektima koji se opremaju zbog vremenskih uvjeta ili radova koji su u tijeku, a koje potvrdi i odobri ravnatelj u dogovoru sa odgovornom osobom naručitelja za praćenje realizacije ugovora.“

Rok isporuke produžit će se za onoliko dana koliko je trajala smetnja.

U navedenim slučajevima promijenjene okolnosti utvrdit će se dodatkom ugovoru“.

9. Iza točke 19. koja postaje točka 20., dodaje se nova točka i glasi:
„21. Opcije i moguća obnavljanja ugovora (odnosi se na sve grupe):
Javni naručitelj smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave samo u skladu s odredbama članka 316. – 320. ZJN 2016.“.

10. U točki 20. koja postaje točka 22., u podtočki 22.2. dodaje se drugi stavak i glasi:
„Naručitelj zadržava obvezu isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ukoliko se u postupku javne nabave utvrdi da je GS pravomoćno osuđen za počinjenja kaznenih djela koja su opisana u kasnijim izmjenama i dopunama Kaznenog zakona, a koje izmjene i dopune su objavljene u Narodnim Novinama broj 56/15, 61/15, 101/17, te čije biće kaznenog djela je moguće u cijelosti ili u najvećoj mjeri podvesti pod biće kaznenog djela za koje je GS osuđen po „starom“ KZ-u objavljenom u NN pod brojem 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.“.

11. U točki 21. koja postaje točka 23. dodaje se drugi stavak i glasi:
„Način dokazivanja poduzetih mjera za otklanjanje osnova za isključenje gospodarskog subjekta:
Za potrebu utvrđivanja poduzetih mjera za otklanjanje osnova za isključenje, ponuditelj kao preliminarni dokaz ispunjava obrazac e-ESPD, Dio III: Osnove za isključenje, Odjeljak A: Osnove povezane s kaznenim presudama, dio koji se odnosi na poduzete mjere“.

U stavku 3. briše se dio teksta koji glasi:

„Razdoblje isključenja gospodarskog subjekta kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje iz članka 254. ZJN 2016 iz postupka javne nabave je **dvije godine** od dana dotičnog događaja“.

12. U točki 22. koja postaje točka 24., mijenja se stavak 3., tako da glasi:
„Naručitelj će prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti ažurirani popratni dokument, a ponuditelj će sukladno članku 268. stavak 1. točka 13. ZJN 2016, dostaviti **tehničku dokumentaciju** (npr. proizvođačka specifikacija, katalog, izjava distributera o karakteristikama nuđene robe isl.) iz koje mora biti vidljivo da nuđena roba ispunjava sve minimalne tehničke specifikacije propisane Dokumentacijom o nabavi. **Na stranici tehničke dokumentacije gdje se potvrđuje karakteristika tražena u tablici tehničkih specifikacija treba označiti dio (obilježiti markerom ili podcrtati) i navesti stavku na koju se obilježeni dio odnosi**“.
13. U točki 23. koja postaje točka 25. dodaje se stavak 6. i glasi:
„Način dokazivanja
Za potrebu utvrđivanja oslanja li se gospodarski subjekt na sposobnost drugih gospodarskih subjekata radi dokazivanja ispunjavanja kriterija za odabir gospodarskog subjekta, ponuditelj kao preliminarni dokaz ispunjava obrazac Europske jedinstvene dokumentacije putem EOJN RH (u nastavku: e-ESPD), Dio II: Podaci o gospodarskom subjektu, Odjeljak C: Podaci o oslanjanju na sposobnosti drugih subjekata“.
14. U točki 24. koja postaje točka 26. dodaje se stavak 7. i glasi:
„Ako gospodarski subjekt podnosi ponudu za više grupa predmeta nabave, može ispuniti samo jedan e-ESPD, a prilikom ispunjavanja mora označiti za koje sve grupe prilaže e-ESPD“.
- U dijelu „Dodatne upute za popunjavanje e-ESPD obrasca“, kao predzadnji stavak dodaje se tekst i glasi:
„U Dijelu III. ponuditelji popunjavaju podatke pod ***A: Osnove povezane s kaznenim presudama i podatke pod B: Osnove povezane s plaćanjem poreza ili doprinosa za socijalno osiguranje***“.
15. U točki 29. koja postaje točka 31., u 3. stavku iza teksta „u ponudbenom listu“ dodaje se tekst „i u troškovniku“
16. U točki 31 koja postaje točka 33., u dijelu „- JAMSTVO 20%“, mijenjaju se prva tri stavka, tako da glase:
„Jamstveni rok izražava se u mjesecima u rasponu od 12 mjeseci. **Najmanji jamstveni period je 12 mjeseci** na svu opremu iz troškovnika za sve grupe. Svakih dodatnih 12 mjeseci jamstva boduje se sa 4 boda. Cjelokupno ponuđeno vrijeme jamstva uključuje preventivno održavanje prema uputama proizvođača i popravak svih kvarova. Početak valjanosti ovog jamstva teče od dana primopredaje opreme, što će se utvrditi zapisnički.
- Ponuditelj u ponudi dostavlja Izjavu o trajanju jamstvenog roka.** Ukoliko ponuditelj ne dostavi navedenu izjavu ili ista ne sadrži navod o trajanju jamstvenog roka, ponuda neće biti odbijena i smatrat će se da ponuditelj nudi minimalni jamstveni rok.
- Za minimalno jamstvo od 12 mjeseci ponuda ne dobiva bodove** za ovaj kriterij, a ponude koje u kojima je iskazan dulji jamstveni rok boduju se sukladno slijedećoj tablici bodovanja“.
17. U točki 32. koja postaje točka 34., dodaju se dva stavka i glase:
„Ako je bilo koji drugi dokument ponuditelja, izdan na stranom jeziku, a ovom dokumentacijom o nabavi nije drukčije određeno, ponuditelj ga mora dostaviti zajedno s ovjerenim prijevodom na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača (odnosi se i na ažurirane popratne dokumente).

Iznimno je moguće navesti pojmove, nazive projekata ili publikacija i sl. na stranom jeziku te koristiti međunarodno priznat izričaj, odnosno tzv. internacionalizme, tuđe riječi i prilagođenice“.

18. U točki 37., podtočki 37.1., briše se stavak 6. koji glasi:
„U slučaju zajednice ponuditelja, naručitelj će prihvatiti jamstvo koje glasi na bilo kojega člana zajednice ponuditelja (garanta)“.

U točki 37., podtočki 37.2., briše se stavak 2. koji glasi:

„U slučaju zajednice ponuditelja, naručitelj će prihvatiti jamstvo koje glasi na bilo kojega člana zajednice ponuditelja (garanta)“.

U točki 37., podtočki 37.3., briše se stavak 2. koji glasi:

„U slučaju zajednice ponuditelja, naručitelj će prihvatiti jamstvo koje glasi na bilo kojega člana zajednice ponuditelja (garanta)“.

U predmetnoj točki brišu se zadnja dva stavka, koji glase:

„S ciljem osiguranja i dokaza da će ugovaratelj biti u mogućnosti dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, ponuditelj čija ponuda bude ocijenjena kao ekonomski najpovoljnija ponuda u obvezi je **naručitelju, a najkasnije do potpisa ugovora o javnoj nabavi**, dostaviti **obvezujuće** pismo namjere banke kojim banka potvrđuje da će u slučaju potpisivanja ugovora o javnoj nabavi, a nakon uspješno obavljenog tehničkog pregleda, izdati jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku na iznos iz ove točke i rok iz izjave ugovaratelja.

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj do potpisa ugovora o javnoj nabavi ne dostavi navedeno pismo namjere banke smatrat će se da je odustao od svoje ponude te će naručitelj, sukladno članku 214. stavak 1. točka 1. ZJN 2016, naplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude“.

19. Iza točke 40. koja postaje točka 42., dodaje se nova točka i glasi:

„43. Navod o primjeni trgovačkih običaja (uzanci):

Trgovački običaji (uzance) neće se primjenjivati“.

20. U točki 43. koja postaje točka 46., u podtočki 46.1. mijenja se stavak 2., tako da glasi:

„Slijedom navedenog, gospodarski subjekt mora dokazati:

- a) da je upisan u očevidnik veleprodaje medicinskih proizvoda pri Agenciji za lijekove i medicinske proizvode za pravne i fizičke osobe sa sjedištem u RH, ili
- b) da ispunjava sve uvjete za obavljanje djelatnosti prometa na veliko medicinskih proizvoda u državi u kojoj ima sjedište, za pravne ili fizičke osobe sa sjedištem u EU (sukladno čl. 47. Zakona o medicinskim proizvodima);
- c) u slučaju da odabrani ponuditelj nudi medicinski proizvod iz trećih zemalja (zemlje koje nisu članice EU i EGP) mora dokazati da proizvođač nuđenih medicinskih proizvoda ima ovlaštenog zastupnika u EU (naziv i sjedište) sukladno čl. 51. i 52. Zakona o medicinskim proizvodima. (te da je upisan u očevidnik veleprodaje medicinskih proizvoda prema zemlji svog sjedišta).

Dokazi:

- a) Rješenje HALMED-a o upisu u očevidnik veleprodaje medicinskih proizvoda za pravne i fizičke osobe sa sjedištem u RH (čl. 47.,51.,52.,53. Zakon o med. proizvodima);
- Rješenje HALMED-a o upisu proizvođača u očevidnik proizvođača medicinskih proizvoda za proizvođače sa sjedištem u RH i proizvođače sa sjedištem u trećim zemljama čiji ovlašteni zastupnici imaju sjedište u RH;

- b) Važeće ovlaštenje za promet na veliko za pravne ili fizičke osobe sa sjedištem u EU, ako je potrebno prema pravu države sjedišta /Izjava o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti prometa na veliko medicinskih proizvoda u državi sjedišta; dokument u kojem je navedeno da proizvođač nuđenih medicinskih proizvoda ima ovlaštenog zastupnika u EU (naziv i sjedište) sukladno čl. 51. i 52. Zakona o medicinskim proizvodima. (te da je upisan u očevidnik veleprodaje medicinskih proizvoda prema zemlji svog sjedišta)“.

U podtočki 46.2. brišu se stavci 3. i 4. koji glase:

„U svrhu dokazivanja ispunjenja uvjeta propisanih posebnim propisima iz ove točke odabrani ponuditelj će na poziv naručitelja dostaviti preslike traženih potrebnih dokumenata najkasnije do donošenja Odluke o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude.

Ukoliko odabrani ponuditelj ne dostavi preslike potrebnih dokumenata na poziv naručitelja smatrat će se da je odustao od svoje ponude te će naručitelj, sukladno članku 214. stavak 1. točka 1. ZJN 2016, naplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude“.

Dodaje se podtočka 46.3. i glasi:

„46.3. U svrhu dokazivanja ispunjenja uvjeta propisanih posebnim propisima iz podtočke 46.1. i 46.2. ekonomski najpovoljniji ponuditelj će na poziv naručitelja, a prije sklapanja ugovora, dostaviti preslike traženih potrebnih dokumenata“.

21. Prijedlog Ugovora i ostali prilozi usklađeni su sa navedenim izmjenama u Dokumentaciji o nabavi i dodan je Prilog 7. – Izjava o duljini trajanja jamstva.

