



REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU

KLASA: 406-09/19-01/5
URBROJ: 2158/1-01-20/04-19-8

Osijek, 16. travnja 2019. godine

Temeljem članka 198., stavka 4. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 120/16) i članka 9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 101/17), javni naručitelj, Osječko-baranjska županija, na nacrt Dokumentacije o nabavi za nabavu medicinsko-tehničke i dijagnostičko terapijske opreme koja sadrži opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora, objavljuje

**IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM
GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA**

Člankom 8. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi propisano je da naručitelj provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom. Analiza tržišta obuhvaća prikupljanje informacija o predmetu nabave, gospodarskim subjektima koji sudjeluju na tržištu te drugim okolnostima koje utječu na uvjete nabave. U predmetnom slučaju opise predmeta nabave izradila je stručna osoba iz predmetnog područja koja ima dovoljno znanja i iskustva s opremom koja je predmet nabave, a tržište i gospodarski subjekti koji se bave isporukom predmetne opreme naručitelju su poznati jer je već proveo postupak javne nabave za istu opremu. Slijedom navedenog, naručitelj nije proveo analizu tržišta, ali je proveo prethodno savjetovanje pri čemu je odredio rok duži od minimalnog roka od pet dana od dana javne objave koji je propisan navedenim pravilnikom, kako bi gospodarski subjekti imali dovoljno vremena proučiti dokumentaciju o nabavi, tehničke opise predmeta nabave i troškovnike i dati svoje primjedbe i prijedloge.

1. NAZIV I OIB NARUČITELJA

Naziv: Osječko-baranjska županija
Sjedište: Osijek, Trg Ante Starčevića 2
OIB:10383308860

2. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE

NVV 7-19.

3. PREDMET NABAVE

Nabava medicinsko-tehničke i dijagnostičko terapijske opreme, podijeljen u pet grupa:

- 1. Grupa - Digitalni ortopan
- 2. Grupa - Oprema za fizikalnu medicinu
- 3. Grupa - Sitna oprema
- 4. Grupa - Stomatološka oprema
- 5. Grupa - Ginekološka oprema.

4. DATUM POČETKA PRETHODNOG SAVJETOVANJA

Dana 26. ožujka 2019. godine Osječko-baranjska županija je na internetskim stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske objavila obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima i Nacrt dokumentacije o nabavi koja sadrži opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora.

5. DATUM ZAVRŠETKA PRETHODNOG SAVJETOVANJA

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajalo je do 5. travnja 2019. godine.

6. NAVOD JE LI TIJEKOM SAVJETOVANJA NARUČITELJ ODRŽAO SASTANAK

Tijekom savjetovanja nije bilo sastanaka s zainteresiranim gospodarskim subjektima.

7. TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA, BEZ NAVOĐENJA PODATAKA O GOSPODARSKOM SUBJEKTU I ODGOVORI NA PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGE

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 1.

4. Grupa - Stomatološka oprema

Stavka 1. Elektroauter

Točka 1.2: Traži se „Min. dva moda rada: monopolarno (rez i koagulacija) i bipolarno (rez i koagulacija)“

Standardni elektroauteri koji se upotrebljavaju u dentalu pri bipolarnom modu rada imaju samo koagulaciju. Molimo izmjenu opisa u „Min. dva moda rada: monopolarno (rez i koagulacija) i bipolarno (koagulacija).

ODGOVOR 1.

Tražena izmjena se prihvća, točka 1.2. se mijenja na način kako je navedeno.

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 2.

4. Grupa - Stomatološka oprema

Stavka 2. Set za strojnu endodonciju s endometrom

Točka 2.9: Traži se „Ostali materijal i pribor potreban za rad (punjač, kabel za priključak na mrežu, baterije)“.

S obzirom da nije naveden bitan pribor molimo izmjenu opisa na „Ostali materijal i pribor potreban za rad (punjač, obrazna kuka, kuka za iglice, kabel apeks lokatora)“.

Molimo dodavanje točke 2.10. „Rad na baterije min. 15 sati kontinuirano“ kako bi se osiguralo nuđenje kvalitetnijih uređaja s dostatnim vijekom rada na baterije.

ODGOVOR 2.

Tražena izmjena se ne prihća

U točki 2.8. definirano je: „Apex lokator integriran u uređaju“, a tražene izmjene uglavnom se navode kada se radi o odvojenim uređajima. Isto tako nije jasan pojam obrazna kuka, da li se radi o elektrodi za usne ili sl.

Također, što se tiče dodavanja točke 2.10., navedeno se ne prihća.

Tražena dopuna ne znači nužno kvalitetniji uređaj, mogu biti kvalitetnije baterije, može se odnositi ponovno na odvojeni apeks lokator od uređaja za strojnu endonanciju i sl.

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 3.

4. Grupa - Stomatološka oprema

Stavka 4. Kompresor

Točka 4.2. Traži se „Protok zraka pri 5 bara: min. 110 l/min". Industrijski standard za dentalne kompresore za jednu dentalnu jedinicu je 60 po dentalnoj jedinici. Molimo izmjenu opisa na „Protok zraka pri 5 bara: min. 60 l/min“.

ODGOVOR 3.

Tražena izmjena se ne prihvaća.

Standardna potrošnja turbine u dentalnim jedinicama je 60 l/min uz tlak od 5 bara, a što bi u ovom slučaju značilo da kad kapacitet u spremniku padne na nivo kada se uključi kompresor, kompresor bi cijelo vrijeme radio dok radi turbina. Tražena izmjena je zahtijevana zbog mogućnosti nuđenja kompresora sa jednim cilindrom, dok kompresori sa 2 i više cilindara imaju tražene protoke. Naručitelj smatra kako je kompresor koji radi manje vremena bolje i kvalitetnije rješenje.

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 4.

4. Grupa - Stomatološka oprema

Stavka 7. Sterilizator.

Točka 7.3. Traži se „Kapacitet: unutar raspona 28 do 35l". Molimo izmjenu opisa u „Kapacitet: unutar raspona 28 do 40l, kako bi se omogućilo ravnopravno nuđenje većeg broja ponuditelja.

ODGOVOR 4.

Tražena izmjena se prihvaća.

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 5.

4. Grupa - Stomatološka oprema

Stavka 8. Autoklav.

Točka 8.3. Traži se „Mogućnost povezivanja na računalnu mrežu i na PC računalo". Molimo izmjenu opisa u „Serijski računalni priključak RS 232 i USB priključak“, s obzirom da su to standardni priključci koji se nalaze na svim uređajima ove vrste, a također služe i u svakodnevnoj upotrebi uređaja i za spajanje drugih uređaja.

Točka 8.6. Traži se „Max. radni tlak: min. 2,3 bar". Na snazi je norma EN 13060. Sterilizacija u autoklavima se vrši pri tlaku od 2,1 bar, te sukladno tome molimo izmjenu točke u: „Max. radni tlak: min. 2,1 bar“.

Točka 8.7. Traži se „Maksimalni podtlak min 0,9 bar ". Na snazi je norma EN 13060. Sterilizacija u autoklavima se vrši pri tlaku od -0,8 bar, te sukladno tome molimo izmjenu točke u: „Maksimalni podtlak min 0,8 bar“.

Točka 8.9. Traži se „integrirani termalni printer za ispis potvrde sterilizacije“. S obzirom da je ispis putem termalnog printera najinferiornije tehničko rješenje ispisa potvrde sterilizacije, između ostalih razloga i zbog izbljeđivanja ispisa pri izloženosti svjetli i/ili povišenoj temperaturi, molimo izmjenu opisa u: „Zapisivanje potvrde sterilizacije i mogućnost prebacivanja podataka o sterilizacijama na računalo“. Ova promjena ne ograničava naprednija tehnička rješenja, a udovoljavaju joj i uređaji s termalnim printerom.

ODGOVOR 5.

Točka 8.3.

Tražena izmjena se ne prihvaća.

Razvojem tehnologije većina uređaja ima mogućnost povezivanja na mrežu i računalo, a zbog vanjskog pristupa serviseru uređaju, izmjene verzije programa u uređaju, prebacivanje pohranjivanje podataka na računalo i sl. Ovdje nije tražen način povezivanja (RS 232, USB, ethernet port i sl) upravo iz razloga mogućeg ograničavanja proizvođača i njihovih rješenja.

Točka 8.6.

U objavljenom dokumentu „Prilog 1. - Tehnički opis“, točka 8.6. već glasi „Max. radni tlak: min. 2,1 bar“.

Točka 8.7.

U objavljenom dokumentu „Prilog 1. - Tehnički opis“, točka 8.7. već glasi „Maksimalni podtlak min 0,8 bar“.

Točka 8.9.

Tražena izmjena se ne prihvaća.

Tražena izmjena ne nudi jednako vrijedno i kvalitetno rješenje. Dok u osnovnoj varijanti uređaj sadrži termalni printer, u predloženoj varijanti dovoljna je USB memorija na kojoj se pohrane podaci, te se oni prenesu na računalo i po potrebi tiskaju. S obzirom da se u tehničkoj specifikaciji nije tražilo računalo pretpostavka je da korisnik to radi na svom računalu. Točan je podatak kako zapis na termo osjetljivi papir nestaje nakon nekog vremena. Iskustvo pokazuje da npr. EKG, CTG zapisi koji su nekad rađeni na termo osjetljivom papiru traju i više od 10 godina. Stav je da je zapis potreban nakon svake sterilizacije.

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 6.

Grupa 3. Sitna oprema

Stavka 2. Kirurška lampa.

Zahtjev 2.6: dio navoda“.... Postavljanje min. 2 temperature”.

Molimo brisanje navedenog dijela navoda iz zahtjeva 2.6.

Kompletnim zahtjevom 2.6 tražite temperaturu između 4000 do 5000 K te dodatno postavljanje min. 2 temperature svjetla.

Zahtjevom 2.5 postavljen je zahtjev podešavanja jačine osvjetljenja, koji nije sporan. Temperatura svjetla se odnosi na karakteristike emitirane svjetlosti vezane uz to kako boje predmeta, na koje dolazi svjetlost, izgledaju pod tom rasvjetom. Kako je već postavljen zahtjev za LED svjetlom te postavljen zahtjev za rasponom od 4000 do 5000 K koje se u cijelom rasponu smatra istim hladnim svjetlom, okom gotovo nevidljive razlike, ne vidimo smisla u zahtjevu dodatnog prekidača za izbor temperature unutar već definiranog identičnog raspona temperature traženog hladnog svjetla.

Kirurške lampe sa traženih 60 000 lux nemaju tu funkciju jer je ista karakteristika velikih operacionih lampi sa 120 000 lux i više koje se koriste u bolničkim OP salama. Obzirom da je tražena kirurška lampa namijenjena za unapređenje primarne zaštite u domovima zdravlja navod “postavljanje min. 2 temperature” ne odgovara ostalim traženim tehničkim karakteristikama lampe te molimo brisanje istog jer uvelike ograničava nudi ove stavke.

ODGOVOR 6.

Tražena izmjena se prihvaća, ne utječe bitno na kvalitetu lampe.

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 7.

Grupa 3. Sitna oprema

Stavka 3. Biobeam lampa

Navod 3.4, traži se: “kontinuirani val sa snagom 60 mW”

Navod 3.5, traži se: “pulsni val sa snagom min. 200 mW”

Molimo izmjenu:

Navod 3.4: “tipični kontinuirani val sa snagom min. 18 mW u fokusu”

Navod 3.5: “tipični pulsni val sa snagom min. 75 mW u fokusu”

Pojašnjenje:

U natječajima ostalih Županija: Zadarska – grupa 2, Varadinska županija – grupa 7, Vukovarskosrijemska

– grupa 3 kod identične nabave raznih medicinskih i dijagnostičkih proizvoda za potrebe opremanja primarnog zdravstva, tražena je također istovjetna stavka Bioebeam lampa za tretmane, međutim s bitno nižim zahtjevima koji su se međusobno podudarali.

Ovako postavljeni zahtjevi veoma su neuobičajeni, po nama neispunjivi ukoliko se traži lampa za tretiranje kože, tj. rana u ordinacijama opće medicine. Stoga molimo da provjerite svoje zahtjeve, odnosno uvrstite zahtjeve u okviru identične stavke navedenih Županija, a sukladno temeljnom popisu Ministarstva zdravstva:

Navod 3.4: “tipični kontinuirani val sa snagom min. 18 mW u fokusu”

Navod 3.5: “tipični pulsni val sa snagom min. 75 mW u fokusu”

ODGOVOR 7.

Tražena izmjena se djelomično prihvaća i radi preciznijeg opisa stavke 3.4. i 3.5. mijenjaju se u:

3.4. kontinuirani val sa snagom min 18mW/cm² u fokusu

3.5. pulsni val sa vršnom snagom min. 60 mW/cm² u fokusu

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 8.

Grupa 3. Sitna oprema

Stavka 4: Inhalator

Zahtjev 4.3. “Isporuka medikamenta kroz raspršivač min. 0.29 ml/min do 0.65 ml/min”. Molimo brisati dio zahtjeva “...do 0.65 ml/min” obzirom da svako rješenje više od traženog minimalnog raspršivanja od 0,29 ml predstavlja kvalitetnije rješenje.

Zahtjev 4.4. “Raspršivanje MMAD – min 2.21 qm do 2.38 qm”. Molimo korekciju maksimalnog raspršivanja na “do 2.45 qm”. Vaši zahtjevi očito su karakteristika jednog proizvoda koji nepotrebno ograničavaju nudi ostalih istovrijednih, odnosno u potpunosti funkcionalnih rješenja obzirom da se radi o minimalnim razlikama koje se u praksi niti ne mogu uočiti.

ODGOVOR 8.

Zahtjev 4.3.

Tražena izmjena se ne prihvaća.

Tražena je mogućnost podešavanja raspršivanja medikamenta u minimalnom rasponu od 0.29 do 0.65 mL u minuti. Mogućnost raspršivanja medikamenta u većem rasponu nije isključujuća, traženo je minimalni raspon, a svaki veći je prihvatljiv.

Zahtjev 4.4.

Tražena izmjena se ne prihvaća.

Traženo je minimalno raspršivanje MMAD od 2.21 µm do 2.38 µm, mogućnost raspršivanja od 2.21 µm do 2.45 µm nije isključujuće za ponuditelja, no podizanjem gornje granice od 2.45 µm bilo bi isključujuće za neke druge proizvođače koji imaju do 2.38 µm.

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 9.

Grupa 3. Sitna oprema

Stavka 6: Pulsni oksimetar za djecu

Zahtjev 6.3., traži se: “automatsko uključenje uređaja umetanjem prsta u senzor”. Molimo brisati navedeni zahtjev!

Pojašnjenje:

Tipovi uređaja kakav se traži, sa dodatnim senzorima za pedijatriju i neonatalni, imaju kao standard prekidač za paljenje iz praktičnih razloga jer se prije početka mjerenja višekratna sonda namješta na prst obzirom na iznimno mali opseg kod djece te nakon što se postignu svi ostali zadovoljavajući uvjeti, aparat se uključuje na tipku te se vrši mjerenje.

Po našem saznanju na tržištu ne postoji aparat koji bi zadovoljio sve tražene uvjete, prvenstveno imajući na umu da želite aparat koji se koristi za sve uzraste, a da ima automatsko uključenje uređaja umetanjem prsta u senzor. Stoga molim brisanje ovog zahtijeva koji nikako ne utječe na funkcionalnost, kvalitetu i konačni rezultat mjerenja koji naručitelj zahtijeva, ujedno odgovara specifikacijom svim aparatima na tržištu te omogućava kvalitetno nuđenje ove stavke svim ponuditeljima.

Zahtjev 6.7. Traži se: “mjerno područje pulsa od 30 do 250 bpm

Molimo izmjenu: “mjerno područje pulsa od 30 do 250 bpm +/- 5%”

Pojašnjenje: Navedena izmjena nikako ne utječe na funkcionalnost, kvalitetu i konačni rezultat mjerenja, a omogućava transparentno i kvalitetno nuđenje većeg broja ponuditelja što je i smisao javne nabave.

ODGOVOR 9.

Zahtjev 6.3.

Tražena izmjena se prihvaća, ne utječe bitno na kvalitetu uređaja.

Zahtjev 6.7.

Tražena izmjena se prihvaća, ne utječe bitno na kvalitetu uređaja. Iz istog razloga se mijenja i stavka 16.5.

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 10.

Grupa 3. Sitna oprema

Stavka 8. Pedijatrijski set (kofer/torba) za reanimaciju sa bocom za kisik, dio zahtjeva, traži se 8.1: “.... napunjena....boca...”

Stavka 19. Kofer za reanimaciju (sa uključenom bocom kisika) dio zahtjeva, traži se 19.1: “.... napunjena....boca...”

Molimo izmjenu: brisanje navoda “napunjena” ili zamijeniti navodom “prazna”.

Molimo Naručioca da uvidom u Halmed listu registriranih lijekova ustanovi da se tamo nalazi i medicinski kisik. Za promet lijekova, a u što neosporno spada medicinski kisik, Isporučitelj mora imati valjano Rješenje Agencije za promet lijekovima na veliko.

<http://www.halmed.hr/Lijekovi/Baza-lijekova/#rezultati>

Stoga molimo Naručioca da navod "napunjena" briše ili ga zamjeni navodom "prazna" obzirom da je sva ostala roba svrstana u kategoriju medicinskih proizvoda, sukladno zahtjevu Dokumentacije, kojom propisujete Rješenje za promet medicinskih proizvoda na lijekove.

U istom natječaju tražite stavku 5 Aparat za davanje kisika s bocom kisika od min. 3 litre gdje se ne traži napunjena boca. Napominjemo da spornim zahtjevom ograničavate ponuditelje koje nisu registrirani za promet lijekova da prisustvuju natječaju, koji u svim ostalim stavkama se odnosi isključivo na promet medicinskim proizvodima na veliko, a čiju HALMED registraciju dokumentacijom i zahtijevate.

Na provotno nadmetanje ozbiljnu ponudu dao je samo jedan ponuditelj, dok ostali ponuditelji koje možemo vidjeti kod slične nabave ostalih Županija se nisu javili, vjerujemo upravo zbog ovog spornog navoda. Punjenje boca dozvoljeno je krajnjem Korisniku, uobičajeni je postupak, te ne vidimo razloga da i u ovom slučaju Korisnik ne obavi prvo punjenje.

ODGOVOR 10.

Tražena izmjena se ne prihvaća.

Oprema po primopredaji treba biti spremna za korištenje. Boca koja je prazna nije spremna za korištenje.

Upravo iz navedenog razloga Dokumentacijom o nabavi, točkom 44.3. propisano je da za 3. grupu - Sitna oprema gospodarski subjekt mora imati važeće Rješenje Agencije za promet lijekovima na veliko. Ukoliko gospodarski subjekti nemaju samostalno traženo, mogu se osloniti na druge subjekte kroz zajednicu gospodarskih subjekata ili angažirati podugovaratelje.

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 11.

Grupa 3. Sitna oprema

Stavka 15. Otoskop –klasični

Zahtjev 15.1. Traži se "Mobilni otoscope sa drškom"

Molimo izmjenu riječi "otroscope" u "otoskop".

Pojašnjenje: očiti previd, no kako riječ "otroscope" ne označava ništa što se može dokazati, a znamo kako je SAFU ovdje strog bolje je ispraviti.

ODGOVOR 11.

Tražena izmjena se prihvaća te se riječ „otroscope“ ispravlja u „otoskop“.

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 12.

Grupa 3. Sitna oprema

Stavka 17. Dijagnostička svjetiljka s lupom

Zahtjev 17.2 "minimalno povećanje 5x,bikonveksna leća"

Molimo izmjenu : "minimalno povećanje 5 dioptrija, bikonveksna leća"

Pojašnjenje: Standardizirano je kod svih proizvođača da povećanje lupa kod dijagnostičkih svjetiljki prikazuju u dioptrijama, povećanje 5x nije isto što i 5 dioptrija. Po našem saznanju na tržištu ne postoji lampa tražene specifikacije, a da ima traženo povećanje stoga vjerujemo da se radi o krivoj interpretaciji traženoga. Molimo izmjenu da se omogući kvalitetno nuđenje traženog proizvoda.

ODGOVOR 12.

Tražena izmjena se ne prihvaća iz razloga što fizikalno nije ispravno formulirana. Povećanje leća izražava se numerički u broju puta povećanja promatranog objekta, a može biti 2,5; 3; 4; 5; ...100, dok jakost leće izražava se u m(-1), odnosno kao 1/(žarišna udaljenost) leće ili jedinica izvan SI sustava dioptrija. Pa može

se izraziti da leća sa žarišnom udaljenosti 1 m ima jakost 1 m(-1) ili 1 dioptriju. Iz navedenog je razvidno definiranje povećanja od 5 dioptrija fizikalno nije ispravno. Isto tako povećanje ovisi o udaljenosti promatranog objekta od leće, te je ono najveće neposredno iza žarišne daljine, a jednako 1 na dvije žarišne daljine.

Kako bi se omogućilo sudjelovanje većeg broja ponuditelja naručitelj točku 17.2. mijenja u 17.2. „Maksimalno povećanje minimalno 3x, bikonveksna leća“.

Dodaje se točka 17.7. „Svjetiljka montirana na pokretnom podvozju sa zglobovima i jednom pomičnom rukom“.

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 13.

Grupa 3. Sitna oprema

Stavka 18. Tlakomjer stolni

Zahtjev: “Baterije omogućuju min. 450 mjerenja”

Molimo brisanje navedenog zahtjeva.

Pojašnjenje: Kod većine proizvođača uz današnju tehnologiju tlakomjeri odrađuju traženi zahtjev, ali ovisno o tipu baterije koju koristi korisnik. Iz tog razloga većina proizvođača ne navodi taj podatak u originalnim brošurama i uputama za rad te je teško dokaziv. Brisanjem navedenog zahtjeva ne utječete na funkcionalnost, kvalitetu i konačan rezultat mjerenja već omogućavate transparentno nudište većeg broja ponuđača što je i smisao javne nabave.

ODGOVOR 13.

Tražena izmjena se prihvata, iz razloga što ne utječe bitno na funkcionalnost uređaja i teško je dokaziva.

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 14.

Grupa 3. Sitna oprema

Stavka 20. Vaga (s visinomjerom)

Zahtjev: “integriran mehanički visinomjer sa mjernim područjem min. 60 do 212 cm”

Molimo izmjenu dijela zahtjeva u “...min. 60 do 200 cm”

Pojašnjenje: izmjenom navedenog zahtjeva omogućavate transparentno i kvalitetno nudište većem broju ponuđača jer većina vaga na tržištu imaju integrirane visinomjere do 200 cm dok su visinomjeri iznad 200 cm specifični i koriste se u većini slučajeva kao zidni ili samostojeći ili na mjernim stanicama kakvu ste opisali u st. 29.

ODGOVOR 14.

Tražena izmjena se prihvata iz razloga omogućavanja većeg broja ponuditelja.

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 15.

Grupa 3. Sitna oprema

Stavke : 21. Lampa za pregled LED, 24. Stol za pregled bolesnika, 27. Stol za pregled dojenčadi,

Zahtjev 21.6: “stalak od nehrđajućeg čelika...”

Zahtjev 24.2: “ konstrukcija nehrđajući čelik..”

Zahtjev 27.1: “konstrukcija inox...”

Molimo izmjenu: da u sve tri stavke Naručitelj uvrsti “... ili čelične cijevi praškasto eloksirane ili kromirane”.

Pojašnjenje:

Neosporna je činjenica da materijal izvedbe postolja, odnosno stanka ne utječe na funkcionalnost uređaja , već je važna isključivo u smislu stabilnosti i nosivosti. Čelične cijevi imaju apsolutnu istu stabilnost i

čvrstinu kao inox cijevi (možda i veću obzirom da nije propisan koji inox zahtijevate, što nije nevažno), dok se zaštitnim praškastim slojem ili kromiranjem omogućava puno lakše održavanje i dugotrajnost. Navedeni materijali su u velikoj većini zastupljeni u medicinskom namještaju te smatramo da našim zahtjevom se ne smanjuje kvaliteta izvedbe ni u kojem pogledu, već samo omogućavate kvalitetno nuđenje većeg broja ponuditelja što bi trebala biti smisao javne nabava.

ODGOVOR 15.

Tražena izmjena se prihvća iz razloga omogućavanja većeg broja ponuditelja.

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 16.

Grupa 3. Sitna oprema

Stavka 26. Vaga za bebe s dužinomjerom

Zahtjev 26.2. "preciznost 2 grama do 6 kg, od 6-15 kg preciznost min. 5 grama"

Molimo izmjenu „preciznost do 5 grama do 10 kg, od 10-20kg preciznost do 10 grama“

Pojašnjenje:

Vaga s tako visokom preciznošću kakvu navodite u vašem zahtjevu namijenjene su za bolničke odjele i to isključivo odjeli neonatologije. U RH rijetko ćete naći rodilište koje posjeduje takve vage, većina imaju vage preciznosti od 5 ili 10 g. Obzirom da je tražena vaga predviđena za primarnu zdravstvenu zaštitu predložena izmjena preciznosti gramaže je apsolutno prihvaćena u praksi i smatra se više nego zadovoljavajućom. Vođeni tim argumentom smatramo da navedenom izmjenom ne umanjujete kvalitetu rada i dobivenih rezultata već omogućavate kvalitetno i transparentno nuđenje većem broju ponuditelja.

ODGOVOR 16.

Odgovor:

Tražena izmjena se ne prihvaća na način kako je predložio podnositelj iz razloga što točka 26.1. određuje vagu do min. 15 kg, te je predložena izmjena je u ne skladu sa navedenom točkom.

Točka 26.2. mijenja se na način:

26.2. preciznost do 5 grama do 10 kg, iznad 10 kg preciznost do 10 grama

A iz razloga omogućavanja većeg broja ponuditelja

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 17.

Grupa 3. Sitna oprema

Stavka 29. Mjerna stanica za težinu i visinu

Zahtjev: 29.7. "Očitavanje vrijednosti na dvorednom LCD displeju"

Molimo izmjenu: "Očitavanje vrijednosti na minimalno dvorednom LCD displeju"

Pojašnjenje: Tražena izmjena ne umanjuje kvalitetu i funkcionalnost proizvoda, dapače omogućuju jednostavniju upotrebu mjerila, a omogućava transparentno i kvalitetno nuđenje većem broju ponuditelja što je smisao javne nabave.

ODGOVOR 17.

Tražena izmjena se prihvaća

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 18.

Grupa 3. Sitna oprema

Stavka 30. Stetoskop elektronski

Zahtjev 30.7. "Automatsko uključanje"

Molimo brisanje navedenog zahtjeva !

Pojašnjenje: Elektronski stetoskopi na tržištu koji odgovaraju navedenim ostalim tehničkim specifikacijama traženog proizvoda nemaju automatsko uključanje, svi se pale na prekidač.

Automatsko uključenje bi značilo da se stetoskop sam pali prilikom stavljanja na grudi pacijenta što je tehnički neizvedivo (palio bi se sam non-stop); ili ste mislili na nešto drugo. Zahtjev je nejasan te onemogućava transparentno i kvalitetno nuđenje traženog proizvoda.

ODGOVOR 18.

Tražena izmjena se prihvća iz razloga mogućnosti nuđenja većeg broja ponuditelja.

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 19.

Grupa 3. Sitna oprema

Stavka 33. Mikroskop

Zahtjev 33.7. "Koaksijalno grubo i fino izoštravanje, podioci finog izoštravanja 0.002mm, grubi hod 37.7 mm po rotaciji, fini hod 0.2 mm po rotaciji, raspon kretanja 22 mm"

Molimo brisanje navedenog zahtjeva u dijelu točno dimenzijom određenih kretanja, tj. da zahtjev glasi: "Koaksijalno grubo i fino izoštravanje"

Pojašnjenje: Navedeni zahtjev je specificiran u detalje i upućuje na samo jedan model proizvoda na tržištu te samim tim onemogućava transparentno i kvalitetno nuđenje većem broju ponuditelja što je protivno smislu javne nabave.

ODGOVOR 19.

Tražena izmjena se prihvća iz razloga mogućnosti nuđenja većeg broja ponuditelja

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 20.

4. Grupa - Stomatološka oprema

Stavka 1. Elektroauter

Točka 1.1: Traži se „Min. dva moda rada: monopolarno (rez i koagulacija) i bipolarno (rez i koagulacija)“

predlažemo izmjenu: 3 MODA RADA: REZ, REZ I KOAGULACIJA I KOAGULACIJA

Ovakav način podjele je u skladu sa funkcionalnim zahtjevima u stomatološkom radu. Podjela na monopolarno i bipolarno nije bitna

ODGOVOR 20.

Tražena izmjena se ne prihvća iz razloga što je nejasno definirana. Učinjena je izmjena na način: 1.2. Min. dva moda rada: monopolarno (rez i koagulacija) i bipolarno (koagulacija) što je zadovoljavajuće za stomatološki rad.

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 21.

4. Grupa - Stomatološka oprema

Stavka 2. Set za strojnu endodonciju s endometrom

Točka 2.2: Traži se „Podešavanje brzine u raspona min 250 do 600 okr/min. i momenta sile (torque) u minimalnom rasponu od 0,6 do 4 Ncm.“

PREDLAŽEMO IZMJENU: podešavanje minimalne vrijednosti brzine u rasponu od 250-1200 okretaja/min

Većina uređaja dostupnih na našem tržištu zadovoljava traženo

ODGOVOR 21.

Tražena izmjena se ne prihvća

Mogući ponuditelj zadovoljava postavljeni zahtjev u podešavanju brzine, a povećanje raspona bi smanjilo mogući broj ponuditelja.

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 22.

4. Grupa - Stomatološka oprema

Stavka 3. Stomatološka stolica s nasadnim instrumentima

Točka 3.15.5.: Traži se „Uključivanje operacijskog reflektora mora biti izvedivo na slijedeći način: putem tipka (tastature) na liječničkom i asistentskom elementu, nožne pedale i putem integriranog osjetila bez dodira“

PREDLAŽEMO IZMJENU: uključivanje operacijskog reflektora putem tastature na liječničkom i asistentskom elementu i putem integriranog osjetila bez dodira.

Ova tri načina su u potpunosti sukladna potrebama i prisutna na većini dostupnih proizvoda novije generacije

ODGOVOR 22.

Tražena izmjena se prihvaća iz razloga mogućeg nudića većeg broja ponuditelja, te se briše upravljanje putem nožne pedale

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 23.

4. Grupa - Stomatološka oprema

Stavka 3. Stomatološka stolica s nasadnim instrumentima

Točka 3.15.6.: Traži se „polje osvjetljenja min. 175x85 mm s udaljenosti od 70 cm“

Predlažemo izbaciti. U radu reflektor se stalno pomiče ovisno o potrebama operatera, udaljenost varira i potpuno je nebitno definirati polje osvjetljenja na ovaj način - u obliku zadane vrijednosti. Svi proizvodi prisutni na tržištu su okvirno u zadanoj vrijednosti, potpuno je diskriminirajuće i protivno načelima javne nabave zadati polje OSVJETLJENJA na ovaj način sa izraženim vrijednostima u MILIMETRIMA.

ODGOVOR 23.

Tražena izmjena se ne prihvaća. Postavljeni zahtjev u ničemu nije neobičan i diskriminirajući, a samo u jednom minimalnom dijelu definira kvalitetu reflektora. Svi operacijski reflektori imaju određenu veličinu polja osvjetljenja na određenoj udaljenosti, a oblik ovisi o obliku reflektora.

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 24.

4. Grupa - Stomatološka oprema

Stavka 3. Stomatološka stolica s nasadnim instrumentima

Točka 3.15.7.: Traži se „dvije za pozicioniranje reflektora, lako odvojive u svrhu sterilizacije u autoklavu“

Molimo definirati na što se točno ovaj zahtjev odnosi

ODGOVOR 24.

Tražena sugestija se prihvaća

Ispravak

3.15.7. „dvije ručke za pozicioniranje reflektora, lako odvojive u svrhu sterilizacije u autoklavu“

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 25.

Točka 3.17. traži se „Terapeutska stolica s antistatičkim kotačima“ moli se izmjena „terapeutska stolica sa kotačima obloženim ili izrađenim od gume, plastike ili drugog sličnog izolacijskog (antistatičkog) materijala“

ODGOVOR 24.

Tražena izmjena se ne prihvaća. Izmjena na širi način opisuje isto, s time da bi se pojam jednakovrijedno trebao opisati, odnosno navesti materijali koji su jednako vrijedni predloženom. Na kraju dodamo do svih materijala koji su antistatički i od kojih se danas rade kotači.

PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 26.

4. Grupa - Stomatološka oprema

Stavka 7. Sterilizator

Točka 7.3.: Traži se „Kapacitet: unutar raspona 28 do 39l“

Predlažemo izmjenu raspona na: 28-40 l

Na ovaj način omogućava se većem broju ponuditelja da ravnopravno sudjeluju u ovom postupku javne nabave

ODGOVOR 25.

Tražena izmjena se prihvaća.

STRUČNO POVJERENSTVO ZA JAVNU NABAVU